

Olsztyn, 24.04.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Przedmiot zamówienia

Chłodziarka podblatowa do przechowywania prób

### Opis przedmiotu zamówienia

Liczba drzwi: 1

Poziom hałasu [dB] nie wyższy niż 38

Klasa klimatyczna nie niższa niż SN, ST

Brak zamrażarki

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak

Kolor / wykończenie boków: Biały

Kolor / wykończenie frontu: Biały

Sterowanie: mechaniczne

Klasa energetyczna nie niższa niż A+

Roczne zużycie energii [kWh] nie większe niż 125

Liczba pojemników na warzywa: minimum 1

Liczba półek: minimum 3

Rodzaj półek: szklane

Pojemność użytkowa chłodziarki [l] nie mniejsza niż 150

Sposób odszraniania chłodziarki: automatyczne

Wymiary (WxSxG) [cm]: nie więcej niż 85 x nie mniej niż 55.4 x nie mniej niż 62.3

Gwarancja 24 miesiące

Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie.

Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca

**Kryteria oceny oferty:** cena – 100%.

Oferty proszę składać podając cenę netto i brutto wliczając wszystkie koszty.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: [biomagicwp7@uwm.edu.pl](mailto:biomagicwp7@uwm.edu.pl)

Termin składania ofert: 10.05.2019 r.