



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.dz. 90-0902/887/09

Olsztyn dn. 28.07.2009 r.

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostawę aparatury specjalistycznej do Laboratorium Toksykologicznego (blok 106), Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej (blok 105, 105 A, 106) oraz do sal wykładowych (bloku 105 i 106) i ćwiczeniowych (105) oraz do bloku 105 B w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”
Nr sprawy 1/2009/PN/DZP/RPW**

Część 15

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o średnicy 38 cm?

Odp. NIE, ze względu na wielkość sterylizowanych przedmiotów

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o pojemności 85 litrów?

Odp. TAK

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw zapewniający jednoczesną sterylizację 16 butelek objętości 1000 ml?

Odp. NIE, ze względu na technologię pracy laboratorium minimalny wkład wynosi 18 butelek

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z możliwością programowania czasu sterylizacji 1-99 minut?

Odp. TAK

Część 23

Pytanie 5

Czy w Części 23 możemy zaproponować system spełniający wszystkie pozostałe wymagania ale wyposażony w obiektyw o ogniskowej 12,5-75 mm oraz kamerę CCD o rozmiarach pikseli 4,4 x 4,4 μm ?

Odp. TAK

Część 25

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o pojemności 23 litrów?

Odp. TAK

Część 51

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o pojemności 23 litrów?

Odp. TAK

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o długości komory 400 mm?

Odp. NIE, ze względu na konieczność sterylizacji dłuższych elementów

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o szerokości 510 mm?

Odp. TAK

Część 57

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały ściany boczne przeszklone, z tzw. szkła bezpiecznego ?

Odp. TAK

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga, aby światło można było w komorze regulować bezstopniowo?

Odp. TAK

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia oryginalnych katalogów Producenta zawierających informacje o poziomie głośności urządzenia, czy też oświadczenia Producenta o poziomie głośności oferowanych do przetargu urządzeń?

Odp. Katalog producenta jest dokumentem, który Wykonawca musi dołączyć do oferty (Rozdział V pkt. 11 SIWZ). Jeśli zaś katalog producenta nie zawiera informacji o poziomie głośności, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca mógł dołączyć do oferty oprócz katalogu, oświadczenia producenta potwierdzającego wymagany parametr.

Z poważaniem
ZASTĘPCA KANCLERZA
Wojciech Samulowski