



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Olsztyn dn. 19.08.2008 r.

L.dz. 90-0902/ 775/08

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę mebli do pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zam. 148/2008/PN/ZZP

Zadanie 3- Szafy lekarskie

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Szafo głębokości większej o 15 mm tj, o wymiarze zewnętrznym 450 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szafa całkowitej wysokości 1800 mm w tym nóżki 140 mm z regulacją wysokości w zakresie +/- 20 mm.

Odpowiedź:

Tak

Zadanie 5 - meble do zwierzętami

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby stół do mycia był wyposażony na całej długości stołu w szafkę dwudrzwiowa czy tylko w określonej długości stołu?

Odpowiedź:

Na całej długości

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści stół do mycia z blatem wgłębionym o 10 mm na brzegach i komorą zlewozmywakową o wymiarach 700x500x250 mm?

Odpowiedź:

Wymiary stołu zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny był wyposażony w młynek do mielenia odpadów zamontowany przy odpływie?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał regulację wysokości blatu roboczego?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał wyposażenie dodatkowe typu nadstawka, piła, narzędzia chirurgiczne, miski, nerki, bateria, pistolet na węzł itd.? Jeżeli tak to proszę o dokładny opis wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał pod blatem roboczym elementy typu: gniazda elektryczne, wyciąg powietrza, wentylator, przyłącza wody, syfon?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał blat wgłębiony wyłożony dodatkowo płytami perforowanymi?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał pod blatem roboczym szafkę lub szuflady?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał w zestawie baterię sztorcową z wyciąganą wylewką do płukania blatu?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał komorę do mycia rąk z baterią?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga aby stół sekcyjny posiadał osłonę na przyłącza?

Odpowiedź:

Nie wymaga

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu o wymiarze 1300x750x900 mm bez regulacji wysokości. Stacjonarny, stół na nogach z możliwością wypoziomowania. Stół z blatem przetłoczonym w kopertę i odpływem po środku do kanalizacji. Brzegi blatu podniesione na wysokość 10 mm. Dodatkowo stół wyposażony w baterię sztorcową z wyciąganą wylewką do spłukiwania blatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu o parametrach zgodnych z SIWZ.

Pytanie 15

Z uwagi na mało szczegółowy opis przedmiotu zamówienia proszę o podanie dokładniejszych parametrów stołu sekcyjnego lub przesłanie rysunku.

Odpowiedź:

Stół sekcyjny stalowy o wymiarach 1300 x 750 x 900 mm. Stacjonarny na nogach z możliwością wypoziomowania, stół z blatem przetłoczonym w kopertę i odpływem w 1/3 długości. Brzegi blatu podniesione na wysokość 10 mm. Pod blatem na wysokości ok. 200 mm półka stalowa.

Pytanie 16 dotyczy zadania I-III

Czy producent mebli laboratoryjnych powinien posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością , projektowania, produkcji, dostarczenia i obsługi serwisowej mebli, urządzeń laboratoryjnych i medycznych (np. ISO 9001 lub podobny)?

Odpowiedź:

Tak .

Pytanie 17 dotyczy zadania IV-VI

Czy producent mebli laboratoryjnych powinien posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością , projektowania, produkcji, dostarczenia i obsługi serwisowej mebli, urządzeń laboratoryjnych i medycznych (np. ISO 9001 lub podobny)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takiego wymagania.

Pytanie 18 dotyczy zadania I-III

Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawcze nie posiadające certyfikatu ISO 9001?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 19 dotyczy zadania IV-VI

Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawcze nie posiadające certyfikatu ISO 9001?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takiego wymagania.

Pytanie 20 dotyczy zadania I-III

Czy ze względu na ryzyko korozji, powstające przy łączeniu śrubami elementów malowanych, Zamawiający wymaga aby poszczególne elementy stelaża były łączone bez użycia śrub?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 21 dotyczy zadania IV-VI

Czy ze względu na ryzyko korozji, powstające przy łączeniu śrubami elementów malowanych, Zamawiający wymaga aby poszczególne elementy stelaża były łączone bez użycia śrub?

Odpowiedź:

Wymagania techniczne reguluje SIWZ.

Pytanie 22 dotyczy zadania I-III

Czy Zamawiający wymaga stelaż typu c wykonane w całości z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju 30 x 50 mm? Rozwiązanie to pozwala na maksymalne zachowanie czystości w laboratorium. Dzięki zastosowaniu wszystkich powierzchni zamkniętych minimalizujemy zbieranie się brudu w powierzchniach otwartych stelaży. Sposób czyszczenia takich stelaży również jest o wiele łatwiejszy.

Odpowiedź:

Nie wymaga, jednakże dopuszcza użycie takiego stelaża.

Pytanie 23 dotyczy części IV-VI

Czy Zamawiający wymaga stelaż typu c wykonane w całości z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju 30 x 50 mm? Rozwiązanie to pozwala na maksymalne zachowanie czystości w laboratorium. Dzięki zastosowaniu wszystkich powierzchni zamkniętych minimalizujemy zbieranie się brudu w powierzchniach otwartych stelaży. Sposób czyszczenia takich stelaży również jest o wiele łatwiejszy.

Odpowiedź

Wymagania techniczne zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 dotyczy części I-III

Czy do zaoferowanych mebli laboratoryjnych powinny zostać dołączone certyfikaty, atesty higieniczne na poszczególne elementy proste składowe mebli laboratoryjnych? Dokumentacja taka gwarantuje użycie materiałów odpowiedniej jakości, co gwarantuje trwałość mebli laboratoryjnych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 25 dotyczy części IV-VI

Czy do zaoferowanych mebli laboratoryjnych powinny zostać dołączone certyfikaty, atesty higieniczne na poszczególne elementy proste składowe mebli laboratoryjnych? Dokumentacja taka gwarantuje użycie materiałów odpowiedniej jakości, co gwarantuje trwałość mebli laboratoryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takiego wymagania.

Z poważaniem
PROREKOTR

Prof.dr hab. Józef Górniewicz

Sporządziła: Barbara Drozd

Do wiadomości:

- wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 148/2008 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli do pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.