



L.dz. 90-2302/ 107/BD/2009

Olsztyn dn. 18.09.2009 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania (5) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 euro . Zam. 2/2009/PN/DZP/RPW

Część 4

Pytanie 1

Inkubator z kontrolą CO₂ wyposażony w system kontroli O₂

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem kontroli tlenu na poziomie od 1 do 18 % i od 22 do 80%?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z zakresem kontroli tlenu na poziomie od 1 do 18 % i od 22 do 80%.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +5°C od temperatury otoczenia do +50°C?

Odp. Tak .Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +5°C od temperatury otoczenia do +50°.

Pytanie 3

Czy Zamawiający może sprecyzować co rozumie pod pojęciem alarm 2 –stopniowy?

Odp.

Pierwszy stopień alarmu ostrzega o błędzie, a drugi jest programowalny, pozwala na ustawienie poziomów parametrów (CO₂, O₂, poziom wilgotności, temperatura) i wskazuje na ich konkretne wartości.

Pytanie 4

Inkubator z CO₂

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +5°C od temperatury otoczenia do +50°C?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +5°C od temperatury otoczenia do +50°C.

Pytanie 5

Czy Zamawiający może sprecyzować co rozumie pod pojęciem alarm 2 –stopniowy?

Odp.

Pierwszy stopień alarmu ostrzega o błędzie, a drugi jest programowalny, pozwala na ustawienie poziomów parametrów (CO₂, O₂, poziom wilgotności itp.) i wskazuje na ich konkretne wartości.

Cześć 44

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego wykorzystujące do sterylizacji powietrza innowacyjną i skuteczniejszą technologię opartą o proces elektrolizy wody, zamiast metody termicznej?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza .

Cześć 52

KOMORY LAMINARNE – 7 SZT.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej 1420 mm?

Odp.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej 1420 mm.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory o głębokości obszaru pracy 61 cm?

Odp.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o głębokości obszaru pracy 61 cm?

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory o głębokości zewnętrznej 815 mm, przy możliwości transportu komory przez otwór drzwiowy o szerokości 80 cm.?

Odp.

Nie .Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o głębokości zewnętrznej 815 mm, przy możliwości transportu komory przez otwór drzwiowy o szerokości 80 cm.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z wnętrzem obszaru pracy z matowej stali nierdzewnej nie powodującej powstawania odblasków świetlnych?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z możliwością odchylenia szyby frontowej do poziomu w celu umycia jej od strony wewnętrznej? To rozwiązanie nie powoduje możliwości niekontrolowanego osunięcia się szyby w dół podczas pracy operatora.

Odp.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z możliwością odchylenia szyby frontowej do poziomu w celu umycia jej od strony wewnętrznej.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z dwoma gniazdami elektrycznymi umieszczonymi na bocznych ścianach komory?

Odp.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z dwoma gniazdami elektrycznymi umieszczonymi na bocznych ścianach komory.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z jednym wentylatorem obsługującym jednocześnie filtr główny i wylotowy? Jednocześnie informujemy, że dla prawidłowej pracy komory nie ma znaczenia ilość zamontowanych wentylatorów. W przypadku uszkodzenia jednego wentylatora (w opcji z dwoma) jak i wentylatora przy komorze z jednym wentylatorem

komora nie może pracować i należy ją natychmiast wyłączyć ponieważ nawiew laminarny jest nieprawidłowy.

Odp.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z jednym wentylatorem obsługującym jednocześnie filtr główny i wylotowy.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z podporą pod rękę zamontowaną na całej szerokości komory z możliwością demontażu, zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji pracy?

Odp.

Nie, podpora musi być ruchoma i demontowalna ze względu, iż nie jest używana przez wszystkich użytkowników.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory o maksymalnym poziomie głośności 57 dB?

Odp.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o maksymalnym poziomie głośności 57 dB.

Pytanie 16

Czy jako wykonanie testu instalacyjnego zamawiający rozumie wykonanie pomiarów na zgodność z normą bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469:2000?

Jednocześnie informujemy, że proponowane przez nas opcje nie mają wpływu na skuteczność pracy komory, ochronę operatora i materiału badawczego, zgodności z normą bezpieczeństwa mikrobiologicznego w stosunku do parametrów wymaganych przez zamawiającego, a niejednokrotnie je przewyższają. Są powszechnie stosowane w komorach laminarnych pracujących w akredytowanych laboratoriach na terenie Polski.

Odp.

Tak jako wykonanie testu instalacyjnego zamawiający rozumie wykonanie pomiarów na zgodność z normą bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469:2000.

Część 41

Pytanie 17

Czy dla części nr 41 dopuszcza się dołączenie do oferty oryginalnych prospektów producenta w języku angielskim?

Odp.

Tak dla części nr 41 Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginalnych prospektów producenta w języku angielskim.

Część 40

Pytanie 18

Pozycja nr 2 Kriostat:

Czy Zamawiający dopuści półkę szybkiego zamrażania z przystawką Peltiera pozwalającą na schłodzenie dwóch preparatów do temperatury poniżej -55°C ?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza półki szybkiego zamrażania z przystawką Peltiera pozwalającą na schłodzenie dwóch preparatów do temperatury poniżej -55°C .

Pytanie 19

Pozycja nr 2 Kriostat:

Czy Zamawiający dopuści kriostat z zakresem ruchu pionowego preparatu 57 mm?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza kriostatu z zakresem ruchu pionowego preparatu 57 mm.

Pytanie 20

Pozycja nr 4 Mikrotom rotacyjny:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zakres trymowania 1-300 um w krokach co 1 um programowane przez Użytkownika?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego zakres trymowania 1-300 um w krokach co 1 um programowane przez Użytkownika.

Pytanie 21

Pozycja nr 4 Mikrotom rotacyjny:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pionowym zakresie ruchu głowicy wynoszącym 60 mm?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o pionowym zakresie ruchu głowicy wynoszącym 60 mm.

Cześć 25

Pytanie 22

Wirówki laboratoryjne punkt 1

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez wentylowanej komory?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza wirówki bez wentylowanej komory.

Pytanie 23

Wirówki laboratoryjne punkt 1

Czy Zamawiający dopuści rotor wykonany z tworzywa sztucznego?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza rotora wykonanego z tworzywa sztucznego.

Pytanie 24

Wirówki laboratoryjne punkt 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią 10 programów wirowania?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z pamięcią 10 programów wirowania.

Pytanie 25

Wirówki laboratoryjne punkt 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią 10 programów wirowania?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenie z pamięcią 10 programów wirowania.

Cześć 37

Zamrażarka niskotemperaturowa

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 487 litrów?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o pojemności 487 litrów.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie podzielone na 5 sekcji każda zamykana oddzielnymi drzwiami.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie podzielone na 5 sekcji każda zamykana oddzielnymi drzwiami.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 197,5 x 93,1 x 90,1 cm (wysokość x szerokość x głębokość)?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach 197,5 x 93,1 x 90,1 cm (wysokość x szerokość x głębokość).

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie hałasu 62 dB?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o poziomie hałasu 62 dB.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści i urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo specjalną farbą ułatwiającą utrzymanie wnętrza w czystości?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wykonanego ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo specjalną farbą ułatwiającą utrzymanie wnętrza w czystości.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 20 stelaży umożliwiających przechowywanie w 1 z nich 16 pudełek 5 cm?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie 20 stelaży umożliwiających przechowywanie w 1 z nich 16 pudełek 5 cm.

Część 19

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez oferenta katalogu automatycznego licznika scyntylacyjnego w języku angielskim.

Odp.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przez oferenta katalogu automatycznego licznika scyntylacyjnego w języku angielskim.

Rozdział VII pkt 10 SIWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia do oferty oryginalnych katalogów producenta w języku angielskim również dla części nr 4, 16, 18, 20 lub czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia kart katalogowych w języku polskim przygotowanych przez Wykonawcę z opisem i zdjęciem oferowanych urządzeń albo katalogów polskich dystrybutorów oferowanych urządzeń? Zagraniczni producenci nie posiadają katalogów w języku polskim, i niemożliwe jest ich załączenie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginalnych katalogów producenta w języku angielskim dla części nr 4, 16, 18, 20.

Część 16

Pytanie 34

Proszę o doprecyzowanie wymagania zawartego w punkcie 1. Czy należy zaproponować wytrząsarki z jedną platformą (przystawką) zawierającą matę antypoślizgową do stawiania różnego rodzaju naczyń i płytek, bez żadnego dodatkowego systemu mocującego naczynia, czy też należy zaproponować dodatkowo również platformę do różnego rodzaju naczyń, np. uniwersalną z wałkami dociskowymi?

Odp.

Zamawiający wymaga wytrząsarek z jedną platformą pokrytą matą antypoślizgową i wyposażoną w przystawkę na różnej wielkości naczynia i płytki

Pytanie 35

Czy Zamawiający wymaga zaproponowania wytrząsarek bez żadnego wyposażenia. Czy też należy zaproponować wytrząsarki z przystawkami do odpowiednich naczyń. Proszę o określenie jakich.

Odp.

W opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest jakiego typu wyposażenie do wytrząsarek wymaga Zamawiający np. do wytrząsarek typu vortex (10 sztuk) jest to „Komplet przystawek na 1 probówkę, kolbkę, wiele probówek 1,5 ml i płytki titracyjne”

Pytanie 36

Serwis i warunki gwarancji : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni ?

Odp.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni dla części 16.

Cześć 18

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania automatu myjąco-dezynfekującego bez pompy tłoczącej do wody demineralizowanej. W przypadku systemu uzdatniania wody wyspecyfikowanego w pkt 22, podającego wodę pod ciśnieniem pompa taka jest zbędna, a nawet może utrudniać prawidłowe połączenie z systemem.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania automatu myjąco-dezynfekującego bez pompy tłoczącej do wody demineralizowanej.

Pytanie 38

Serwis i warunki gwarancji : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni ?

Odp.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni dla części 18.

Cześć 20

Pytanie 39

Pkt 13 Czy wymaganie utrzymywania temperatury dotyczy tylko komory zamrażania ?

Odp.

Tak. Wymaganie utrzymywania temperatury dotyczy tylko komory zamrażania.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o głębokości 730 mm i pojemności ok. 200 L przy spełnieniu pozostałych parametrów ?

Odp.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o głębokości 730 mm i pojemności ok. 200 L przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie 41

Dotyczy tylko urządzenia o wys. 750 – 850 (1 szt.) : Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki o pojemności 104 – 106 L z manualnym rozmrażaniem ?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania zamrażarki o pojemności 104 – 106 L z manualnym rozmrażaniem dla urządzenia o wys. 750 – 850 (1 szt.).

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania chłodziarki podblatowej o wymiarach 850 x 554 x 623 mm i objętości 151 – 154 L ?

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu nr 11 dotyczącego zdolności utrzymywania temperatury? Parametrem takim określa się zamrażarki, a nie chłodziarki.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania chłodziarki podblatowej o wymiarach 850 x 554 x 623 mm i objętości 151 – 154 L. Zamawiający zrezygnuje z wymogu nr 11 dotyczącego zdolności utrzymywania temperatury.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Wojciech Samulowski

