

Olsztyn, .§.02.2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / ~~138~~ / MB / 2010

Nr postępowania : 1 / 2010 / PN / DZP / RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski**  
**ul. Oczapowskiego 2**  
**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości**  
**uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa aparatury specjalistycznej do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania :

#### **Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrukcja obsługi analizatora była załączona do oferty na płycie CD – oszczędność papieru w ramach ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627), ewentualnie załączona osobno w formie książkowej, podpisana tylko na pierwszej stronie ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dołączenie instrukcji obsługi w formie książkowej zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na potwierdzeniu wpłaty wadium wniesionego w gotówce został skrócony wymagany dopisek, ze względu na ograniczoną ilość znaków?



**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, należy wskazać numer postępowania.

**Pytanie nr 3.**

Dotyczy projektu umowy zał. nr 7 § 3 ust. 8:

Czy spełnieniem wymagania będzie umieszczenie na fakturze nazwy handlowej oraz dodanie opisu zgodnie z SIWZ wraz z numerem zadania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nazewnictwo asortymentu zastosowane na fakturze w pierwszej kolejności musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach.

**Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę by Wykonawcy w formularzu ofertowym zał. nr 2, zostawili tylko pakiet do którego składają ofertę – pozostałe zostałyby usunięte?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, proszę dołączyć do oferty formularz ofertowy wypełniony tylko w zakresie tych części, którymi oferent jest zainteresowany.

**Pytanie nr 5.**

Dotyczy części 34 – Automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zakup aparatu wykonującego od 1 do 24 izolacji na jeden cykl pracy (do 240 analiz w ciągu 8 godzin)


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu wykonującego od 1 do 24 izolacji na jeden cykl pracy (do 240 analiz w ciągu 8 godzin).

**Pytanie nr 6.**

Dotyczy części 34 – Automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie czasu izolacji z około 30 minut do około 45 minut na jeden cykl pracy





**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie czasu izolacji z około 30 minut do około 45 minut na jeden cykl pracy.

**Pytanie nr 7.**

Dotyczy części 34 – Automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA

Czy Zamawiający wymaga jednego protokołu izolacji dla różnych rodzajów materiałów biologicznych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga jednego protokołu izolacji dla różnych rodzajów materiałów biologicznych.

**Pytanie nr 8.**

Dotyczy części 34 – Automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA

Czy Zamawiający wymaga automatycznego monitorowania poziomu odczynników na pokładzie aparatu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga automatycznego monitorowania poziomu odczynników na pokładzie aparatu.

**Pytanie nr 9.**

Dotyczy części 34 – Automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA

Czy komunikacja z aparatem powinna odbywać się za pomocą klawiatury oraz ekranu dotykowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż komunikacja z aparatem może, ale nie musi, odbywać się za pomocą klawiatury oraz ekranu dotykowego.


**Pytanie nr 10.**

Dotyczy części 34 – Automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA

Czy aparat powinien posiadać możliwość przeprowadzenia pojedynczej ekstrakcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż aparat powinien posiadać możliwość przeprowadzenia pojedynczej ekstrakcji.





**Pytanie nr 11.**

Dotyczy części 34 – Automatyczna stacja do izolacji DNA i RNA

Czy aparat powinien spełniać wymagania Dyrektywy 98/79/WE z dnia 27 października 1998 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (artykuł I Zakres, definicje pkt 2b) oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (art. 3 pkt. 18a), tzn. był wyrobem medycznym IVD oraz spełniał wymagania ww przepisów w zakresie oznakowania CE ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Wojciech Samulowski*

.....  
Podpis osoby uprawnionej