



Olsztyn, 28.01.2010 r.

L.dz. 90 – 2302 / 1304 / MB / 2010

Nr postępowania : 1 / 2010/ PN / DZP / RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Dostawa aparatury specjalistycznej do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawochenskiego 2 w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym zestawienie parametrów technicznych, Zamawiający dokonuje podziału części nr 14 (Mikroskop z wyposażeniem ) na dwa oddzielne pakiety:

**Część nr 14.(Mikroskop z wyposażeniem)**

- 1) Zestaw do komputerowej analizy obrazu mikroskopowego wraz z mikroskopem
- 2) Mikroskop z wyposażeniem
- 3) Mikroskop



### Część nr 14 A. (Mikroskop z zestawem do wizualizacji)

- 1) Mikroskop z zestawem do wizualizacji ( w zestawie komputer stacjonarny)
  - 2) Mikroskop z zestawem do wizualizacji ( w zestawie notebook)
  - 3) Zestaw multimedialny
2. W związku z podziałem części nr 14 na dwa oddzielne pakiety, W załączniku nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) Zamawiający dodał zapis dotyczący **części nr 14 A.**
3. W załączniku nr 3 do SIWZ ( formularz cenowy) Zamawiający przedstawia sposób obliczania ceny dla nowych części nr 14 i 14 A.
4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dokonuje zmian wynikających z podziału części nr 14 na dwa oddzielne pakiety, które są dokładnie opisane w Załączniku nr 4 Modyfikacja SIWZ w zakresie części nr 14.
5. W Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym zestawienie parametrów technicznych z części nr 50 pkt. 1. 6. została usunięta informacja dotycząca czułości pomiaru fluorescencji, gdyż Zamawiający zamieścił ją omyłkowo.

ZASTĘPCA KANCLERZ  
MICHAL BARTULIŃSKI

.....  
Podpis osoby uprawnionej

Załączniki :

- Załącznik nr 1 – Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 14,  
Załącznik nr 2 – Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie części nr 14,  
Załącznik nr 3 – Modyfikacja Załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie części nr 14,  
Załącznik nr 4 – Modyfikacja SIWZ w zakresie części nr 14,  
Załącznik nr 5 – Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 50.