



Olsztyn, dnia 13.01.2010 r.

L.dz. 90 – 2302 / 46 / MB / 2010

Nr postępowania : 1 / 2010/ PN / DZP / RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
ul. Oczapowskiego 2
10 – 957 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa aparatury specjalistycznej do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym zestawienie parametrów technicznych w zakresie części nr 52 (Dygestorium) Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia.
2. W załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiącym sposób przedstawiania oferty oraz obliczania ceny pod pozycją 52 (Dygestorium) Zamawiający zmienia nazwę asortymentu ze względu na modyfikację zamieszczoną w zestawieniu parametrów technicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie tej części.
3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści rozdziału V, tj. wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia



spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane do oferty (art. 24 - 26; Rozporządzenie PRM w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. nr188, poz. 1155), Zamawiający w ramach pkt. 13 ppkt.13.14. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaga w zakresie **części nr 52** dokumentów potwierdzających, iż dygestorium zostało wykonane zgodnie z następującymi normami: DIN 12916, PN EN 14175, NF X 15-211 oraz posiada Atest Higieniczny PZH. Dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało jakiej części oraz asortymentu dotyczą.

Jednocześnie informuję, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. przypada na dzień **18.02.2010r.**

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej

Załączniki :

- Załącznik nr 1 – Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 52,
- Załącznik nr 2 – Modyfikacja Załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie części nr 52,
- Załącznik nr 3 – Modyfikacja SIWZ w zakresie rozdziału V pkt. 13.