

Olsztyn, 13.07.2010 r.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do laboratorium geotechniki i budownictwa drogowego w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 1-3)

Pytania Wykonawcy z dnia 12.07.2010 r.:

W nawiązaniu do art. 38 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych, zwracamy się do Zamawiającego z następującymi zapytaniem do SIWZ, do części 9 komora grzewcza

- 1) Czy Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności 115 litrów z 4 półkami perforowanymi?
- 2) Czy można zaoferować suszarkę z dokładnością ustawienia i odczytu temperatury 2°C?

oraz zapytaniem do pkt. V ppkt. 2 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji za dokonane dostawy do innych instytucji, jak preferowany instytut badawczy lub przemysłowy?

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 13.07.2010 r.:

Ad 1)

Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności 115 litrów z 4 półkami perforowanymi.

Ad 2)


Można zaoferować suszarkę z dokładnością ustawienia i odczytu temperatury 2°C.

oraz zapytaniem do pkt. V ppkt. 2 SIWZ

Zamawiający nie wyraził zgody na przedstawienie referencji za dokonane dostawy do innych instytucji, jak preferowany instytut badawczy lub przemysłowy.

Zamawiający informuje, iż nastąpiła zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania.

ZATWIERDZAM
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
Olsztyn, 14.07.2010 r.
ZASTĘPCA KANCELARZA


Wojciech Samulowski