



Olsztyn, 08.07.2010 r.

**Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa wyposażenia do laboratorium geotechniki i budownictwa drogowego w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 1-3)**

**Pytania Wykonawcy z dnia 07.07.2010 r.:**

Proszę o odpowiedź na pytania techniczne dotyczące części 11 (komora klimatyczna do przechowywania próbek):

1. Czy zamawiający dopuszcza chłodzenie metodą Peltiera ?
2. Jaka jest wymagana pojemność komory ?

**Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 07.07.2010 r.:**

**Ad.1**

Zamawiający dopuszcza chłodzenie metodą Peltiera.

**Ad.2**

Minimalna pojemność komory: 200 dm<sup>3</sup>.

ZATWIERDZAM  
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO  
Olsztyn, 08.07.2010 r.

ZASTĘPCA KANCLERZ:

Wojciech Samulowski