



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Olsztyn, dn. 25.06.2010 r.

L.dz. 90-0902/801/10

**Dotyczy: postępowania 106/2010/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza dygestorium o wymiarach 1200x850x2450? (pomieszczenie 205, poz. 1)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dygestorium o wymiarach 1200x850x2450.

**Pytanie 1**

Czy zapis „2x miejsce siedzące” oznacza konieczność uwzględnienia w obliczeniach np. 2 taboretów laboratoryjnych lub krzeseł

**Odpowiedź:**

Zamawiający przez zapis „2x miejsce siedzące” rozumie konieczność uwzględnienia 2 taboretów laboratoryjnych lub krzeseł ( 1 miejsce siedzące = 1 taboret laboratoryjny lub krzesło )

Z poważaniem

**KANCLERZ**  
*dr inż. Wojciech Cymerman*

*Sporządzili: Sylwia Malinowska,*

Do wiadomości:

- wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 106/2010/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.