



# UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Olsztyn, dn. 28.06.2010 r.

L.dz. 90-0902/804/10

**Dotyczy: postępowania 106/2010/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza regał ze stali kwasoodpornej o wymiarach wym.1800x950x330 (zmywalnia, poz. 3)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza regału o takich wymiarach ze względu na możliwość niedopasowania proponowanego regału pod względem wymiarów do pozostałych mebli w zmywalni a tym samym do tego pomieszczenia (mogą się nie zmieścić w tym pomieszczeniu).

**Pytanie 2**

W pomieszczeniu 205 poz. 5 stół laboratoryjny wyspowy nie uwzględniono w opisie blatu. Czy zamawiający wymaga uwzględnienia blatu w obliczeniach? Jeżeli tak to z jakiego materiału ma być wykonany blat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby blat został uwzględniony w obliczeniach. Materiałem z którego ma być wykonany blat to polipropylen.

**Pytanie 3:**

W stołach laboratoryjnych przyściennych zamawiający wymaga wykonania blatów z polipropylenu. Czy blaty mają być z podniesionym obrzeżem czy bez podniesionego obrzeża?

**Odpowiedź :**

Blaty w stołach przyściennych mają być bez podniesionego obrzeża.

Z poważaniem

KANCLERZ  
*dr inż. Wojciech Cymerman*

*Sporządzili: Sylwia Malinowska, Paweł Wojtacha*

Do wiadomości:

- wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 106/2010/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.