



12PN/POPW.01.02.00-28-020/09/ 2010

Olsztyn dnia 22 lipca 2010 r.

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski**  
**ul. Oczapowskiego 2**  
**10 – 957 Olsztyn**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TERMINU**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy Wyposażenia Laboratorium Badań Żywnościowo - Żywnościowych – dostawa i instalacja: zestawu urządzeń do badań proteomicznych i chromatograficznej analizy żywności; zestawu urządzeń do prognozowania trwałości żywności i mikrobiologii; zestawu urządzeń do badań towaroznawczych oraz struktury żywności; zestawu urządzeń technologicznych i biotechnologicznych; zestawu urządzeń do analizy właściwości fizycznych żywności; zestawu urządzeń do analiz sensorycznych żywności oraz epidemiologii i profilaktyki żywieniowej, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-biochemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 4, kontrakt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ). ( Ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2010/S 120-181606 z dnia 24.06.2010 r. ).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:**

Dotyczy części 9 autoklaw i inkubator

1. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o pojemności użytkowej 78 litrów i pojemności całkowitej 85litrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia autoklawu o poj. całkowitej 80 litrów ± 2 litry.

2. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o wymiarach s x w x gł : 650x925x600 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia autoklawu o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 74 x 92 x 60cm (szer. x wys. x głęb.) ze względu na ograniczoną powierzchnię.

3. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z komorą fi 380mm x 690 mm wysokości i adekwatnie pasującymi 2 koszami ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia autoklawu pionowego z cylindryczną komorą sterylizacji o wymiarach minimalnych 41 x 61 cm.

4. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z programowalną temperaturą sterylizacji od 105 do 138 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania autoklaw z programowalną temperaturą sterylizacji od 105 do 138 stopni Celsjusza. Wymagany zakres pracy od 100 do 135°C

12PN/POPW.01.02.00-28-020/09/ 2010

---

5. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z 12 programami do sterylizacji, z których każdy może być zmieniony przez użytkownika oraz 2 programy testowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania autoklawu z 12 programami do sterylizacji.

6. Czy zamawiający wymaga wytwornicy pary w komorze autoklawu czy za komorą w obrysie obudowy?


**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, żeby wytwornica pary była integralną częścią autoklawu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień **30 lipca 2010 r.** Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega brzmienie ogłoszenia pierwotnego

( Podpis osoby uprawnionej )

ZASTĘPCA KANCLERZA

  
Wojciech Samulowski