



12PN/POPW.01.02.00-28-020/09/ 2010

Olsztyn dnia 8 lipca 2010 r.

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy Wyposażenia Laboratorium Badań Żywnościowo - Żywnościowych – dostawa i instalacja: zestawu urządzeń do badań proteomicznych i chromatograficznej analizy żywności; zestawu urządzeń do prognozowania trwałości żywności i mikrobiologii; zestawu urządzeń do badań towaroznawczych oraz struktury żywności; zestawu urządzeń technologicznych i biotechnologicznych; zestawu urządzeń do analizy właściwości fizycznych żywności; zestawu urządzeń do analiz sensorycznych żywności oraz epidemiologii i profilaktyki żywieniowej, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-biochemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 ( ETAP II, Zadanie 4, kontrakt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ). ( Ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2010/S 120-181606 z dnia 24.06.2010 r. ).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:**

1. Dot. część nr 7 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do systemu dodatkowej jednostki centralnej umożliwiającej przechowywanie i opracowywanie wyników ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga dołączenia do systemu dodatkowej jednostki centralnej umożliwiającej przechowywanie i opracowywanie wyników. W związku z wprowadzoną zmianą w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 8 Zmodyfikowany formularz parametrów został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą: Zmodyfikowane, obowiązujące zestawienie parametrów technicznych i użytkowych dla części nr 7.

2. Dot. część nr 7 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do systemu odpłatnego zestawu startowego zawierającego po 2 opakowania z każdego rodzaju testów ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga dołączenia do systemu zestawu startowego zawierającego po 2 opakowania z każdego rodzaju testów w cenie złożonej oferty. W związku z wprowadzoną zmianą w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 8. Zmodyfikowany formularz parametrów został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą: Zmodyfikowane, obowiązujące zestawienie parametrów technicznych i użytkowych dla części nr 7.

3. Dot. część nr 8 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do systemu dodatkowej jednostki centralnej umożliwiającej przechowywanie i opracowywanie wyników ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga dołączenia do systemu dodatkowej jednostki centralnej umożliwiającej przechowywanie i opracowywanie wyników. W związku z wprowadzoną zmianą w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 9. Zmodyfikowany formularz parametrów został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą: Zmodyfikowane, obowiązujące zestawienie parametrów technicznych i użytkowych dla części nr 8.



12PN/POPW.01.02.00-28-020/09/ 2010

4. Dot. część nr 8 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do systemu odpłatnego zestawu startowego zawierającego po 2 opakowania z każdego rodzaju testów ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga dołączenia do systemu zestawu startowego zawierającego po 2 opakowania z każdego rodzaju testów w cenie złożonej oferty. W związku z wprowadzoną zmianą w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 9. Zmodyfikowany formularz parametrów został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą: Zmodyfikowane, obowiązujące zestawienie parametrów technicznych i użytkowych dla części nr 8.

5. Dot. część nr 28 - Czy wyspecyfikowany zestaw ma być wyposażony w olfaktometr do detekcji zapachów, czy też nie?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga, aby zestaw był wyposażony w olfaktometr do detekcji zapachów.

6. Dot. część nr 28 - Czy urządzenie do badań techniką mikrostrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) jest urządzeniem automatycznym złączonym z przyrządem i podającym próbki po mikrostrakcji do urządzenia chromatograficznego, czy też jest to urządzenie wolnostojące niezależne od urządzenia chromatograficznego?

**Odpowiedź:** Urządzenie do badań techniką mikrostrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) jest urządzeniem automatycznym złączonym z przyrządem i podającym próbki po mikrostrakcji do urządzenia chromatograficznego.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów na który składa ofertę?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę w tym celu też umieścić *Formularz ofertowy* w wersji do edycji.

8. Dot. części nr 9 autoklawu - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie autoklawu jako niezależnej części?


**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie autoklawu.

9. Dot. części nr 9 autoklawu - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu pionowego z cylindryczną komorą sterylizacyjną o wymiarach 40 x 60 cm (średnica x głębokość) o pojemności użytkowej wynoszącej 75 litrów, a więc minimalnie mniejszą niż wymagana w siwi? W przypadku nie dopuszczenia ww. rozwiązania proszę o wyjaśnienie czym są spowodowane tak dokładne ograniczenia (co do mm) dotyczące wymiarów komory oraz dot. pojemności autoklawu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia autoklawu pionowego z cylindryczną komorą sterylizacji o wymiarach minimalnych 41 x 61 cm i pojemności 80 litrów ( $\pm 2$ l) ze względu na specyfikę wsadu.

10. Dot. części nr 9 autoklawu - Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 650 x 650 x 990 mm (szer. x gł., x wys.)? W przypadku nie dopuszczenia ww. rozwiązania proszę o wyjaśnienie czym są spowodowane tak dokładne ograniczenia (co do mm) dotyczące wymiarów gabarytowych autoklawu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia autoklawu o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 74 x 92 x 60cm (szer. x wys. x głęb.) ze względu na ograniczoną powierzchnię w sterylizatorni.



12PN/POPW.01.02.00-28-020/09/ 2010

11. Dot. części nr 9 autoklawu - Czy Zamawiający zgodzi się, aby obsługa autoklawu odbywała się w jęz, angielskim ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga menu w języku polskim.

12. Dot. części nr 9 autoklawu - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu, wyposażonego w 15 programów sterylizacyjnych, których parametry (czas, temperatura, ..) mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb użytkownika?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

13. Dot. części nr 9 autoklawu - Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony we wbudowany wyświetlacz graficzny LCD przedstawiający kolejne etapy cyklu sterylizacji w postaci wykresu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby autoklaw był wyposażony w wbudowany wyświetlacz graficzny LCD przedstawiający kolejne etapy cyklu sterylizacji w postaci wykresu ale dopuszcza możliwość jego zaoferowania.

14. Dot. części nr 9 autoklawu - Czy Zamawiający wymaga, aby panel sterowania autoklawu był widoczny dla użytkownika również podczas otwarcia pokrywy autoklawu, umożliwiając użytkownikowi dostęp do panelu sterowania (umożliwiający podgląd parametrów oraz możliwość ustawiania urządzenia) w czasie otwarcia urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

15. Dot. części nr 9 autoklawu - Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający posiada źródło wody dejonizowanej niezbędnej do wytwornicy pary, czy też, wymaga dostarczenia aparatury do dejonizowania wody wraz z dostawą autoklawu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga dostarczenia źródła wody dejonizowanej.

16. Dot. części nr 9 autoklawu - Proszę o doprecyzowanie do czego Zamawiający będzie używał zmiękczacza wody, wymaganego w dostawie? Z uwagi na fakt, że zmiękczona woda nie jest odpowiednia jeżeli chodzi o jej użycie w wytwornicy pary, czy Zamawiający wymaga dostarczenia dejonizatora wody zamiast zmiękczacza wody?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

17. Dot. części nr 9 inkubatora - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora o pojemności komory roboczej wynoszącej 1151?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

18. Dot. części nr 9 inkubatora - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 820 x 760 x 732 mm (szer. x wys. x dł.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

( Podpis osoby uprawnionej )

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski