

Olsztyn, 14.07.2010 r.

Nr sprawy: 14/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NA PODSTAWIE ART 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa zestawu aparatury do budowy spektrometru fotoakustycznego składającej się z: zestawu mikrofonów i wzmacniacza mikrofonowego, lampy ksenonowej (oświetlacz), monochromatora, Choppera optycznego, lampy spektralnej do cechowania układu, stołu optycznego, woltomierza homodynowego, urządzenia chłodzącego fotopowielacze, zestawu lasera Nd:YAG wraz z przestrajalnym OPO oraz materiałów pomocniczych (soczewki pryzmaty lustra) w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Etap 2, Zadanie 2, Kontrakt 1, 2)

BYŁO:

III. Opis przedmiotu zamówienia, Część 2, H. Zestaw lasera Nd:YAG wraz z przestrajalnym OPO, Inne wymagania Zamawiającego dot. aparatury:

- Termin oraz szczegółowe warunki gwarancji: min. 12 miesięcy (na każdy z wyspecyfikowanych elementów), licząc od dnia dostawy aparatury do miejsca siedziby Zamawiającego, po jej uruchomieniu, przetestowaniu i podpisaniu protokołu odbioru.
- Szkolenie: wymagane w wymiarze 1 dnia, obligatoryjnie musi zostać przeprowadzone przez technika Wykonawcy, który posiada stosowną autoryzację producenta w tym zakresie.
- Serwis: lokalny, pełen serwis systemu.
- Wymagane certyfikaty: certyfikat bezpieczeństwa CE
- Dodatkowe uwagi:
 - 1) laser pompujący YAG oraz OPO muszą pochodzić od jednego producenta i być zoptymalizowane (złożone fabrycznie) jako jeden system
 - 2) pełna kontrola pracy i przestrajania całego systemu za pomocą PC

JEST:

III. Opis przedmiotu zamówienia, Część 2, H. Zestaw lasera Nd:YAG wraz z przestrajalnym OPO, Inne wymagania Zamawiającego dot. aparatury:

- Termin oraz szczegółowe warunki gwarancji: min. 12 miesięcy (na każdy z wyspecyfikowanych elementów), licząc od dnia dostawy aparatury do miejsca siedziby Zamawiającego, po jej uruchomieniu, przetestowaniu i podpisaniu protokołu odbioru.
- Szkolenie: wymagane w wymiarze 1 dnia, obligatoryjnie musi zostać przeprowadzone przez technika Wykonawcy, który posiada stosowną autoryzację producenta w tym zakresie.
- Serwis: lokalny, pełen serwis systemu.
- Wymagane certyfikaty: certyfikat bezpieczeństwa CE



- Dodatkowe uwagi:
 - 1) laser pompujący YAG oraz OPO muszą pochodzić od jednego producenta i być zoptymalizowane (złożone fabrycznie) jako jeden system, bądź Zamawiający dopuszcza by laser pompujący YAG oraz OPO pochodziły od dwóch producentów, lecz były zoptymalizowane do pracy jako jeden system pod marką jednego z producentów, który będzie brał odpowiedzialność za całość systemu.
 - 2) pełna kontrola pracy i przestrajania całego systemu za pomocą PC

BYŁO:

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi: do 10 tygodni od podpisania umowy.

JEST:

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi: do 10 tygodni od podpisania umowy dla wszystkich części z wyjątkiem Części 2 H, gdzie czas dostawy systemu lasera YAG z OPO do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

BYŁO:

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane do oferty, pkt 10, ppkt 10.1 i 10.2:

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga:

10.1 W zakresie części 1 do 2 opis urządzeń technicznych zawierający fotografię np. w formie katalogu, folderu. Dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało jakiej części oraz asortymentu dotyczą.

10.2 W zakresie części 1 do 2 instrukcje obsługi dla oferowanego rodzaju urządzeń, **sporządzoną w języku polskim lub angielskim.**

JEST:

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane do oferty, pkt 10, ppkt 10.1 i 10.2:

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga:




10.1 W zakresie części 1 do 2 opis urządzeń technicznych zawierający fotografię np. w formie katalogu, folderu, sporządzone w języku polskim lub angielskim. Dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało jakiej części oraz asortymentu dotyczą.

10.2 — W zakresie części 1 do 2 instrukcje obsługi dla oferowanego rodzaju urządzeń, ~~sporządzoną w języku polskim lub angielskim.~~

Ppkt 10.2 wykreślno ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszego postępowania. Instrukcja obsługi w zakresie części 1 do 2 dla oferowanego rodzaju urządzeń będzie musiała zostać dostarczona Zamawiającemu wraz z urządzeniem.

ZATWIERDZAM
KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO
Olsztyn, 14.07.2010 r.

ZASTĘPCA KANCLERZA


Wojciech Samulowski