



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.dz.90-0902/1177/10

Olsztyn dn. 05.10.2010 r.

*Dotyczy: odpowiedzi na pytania (2) do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do laboratoriów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  
Zam. 144/2010/PN/DZP*

Pytanie i odpowiedź do opisu przedmiotu zamówienia

Część 3

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści, aby boczne blendy zewnętrzne dygestorium wykonane były z płyty laminowanej zabezpieczonej obrzeżem PCV gr. 2mm?

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści, aby wykładka komory dygestorium wykonana była z płyt ceramicznych (tzw. ceramika lita wielkogabarytowa gr. 8mm)?

Odp.

TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory z wkładką z płyt ceramicznych.

Pytanie 3

Czy zamiast certyfikatu zapisanego w SIWZ dla zadania II „ (...) a. Certyfikat zgodności wydany przez akredytowane, niezależne laboratorium, potwierdzający bezpieczną pracę dygestorium jako kompletnego urządzenia – spełnienie normy PN –EN 14 175(...)” zamawiający dopuści deklarację producenta lub atest wydany przez inny podmiot?

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Czy pod pojęciem akredytowane laboratorium chodzi o jakiegokolwiek laboratorium z jakąkolwiek akredytacją (patrz poprzednie pytanie)? O ile nam wiadomo nie ma w Polsce laboratorium z akredytacją na badania dygestoriów. Ewentualnie proszę wskazać nazwę laboratorium z taką akredytacją.

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści jako dowód wdrożenia procedur kwalifikacji instalacyjnych i operacyjnych (IQ i OQ) oświadczenie producenta, a nie protokoły z wdrożenia tych kwalifikacji?

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga też wdrożenia procedury kwalifikacji procesowej PQ jako naturalne uzupełnienie wszystkich procedur kwalifikacji? Kompletny system kwalifikacji składa się z trzech części IQ, OQ i PQ.

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Część 6

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza oświetlenie komory laminarnej 1200 lux?

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza głośność komory laminarnej 55Db (A)?

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z lampą UV bez możliwości programowania?

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w ofercie krzesła robocze bez podłokietników, o podstawie na stopkach (bez kółek) z metalową obręczą stopy?

Odp.

TAK. Zamawiający dopuści zaoferowanie krzesel roboczych bez podłokietników o podstawie na stopkach z metalową obręczą stopy.

Część 8

Pytanie 11

W pozycji 4 tabeli Zamawiający wyszczególnił 2 zestawy pipet automatycznych z regulowaną objętością w zakresach 0,1-2,5 mikrolitra, 100-1000 mikrolitrów.

Prosimy o sprawdzenie poprawności powyższych zakresów.

Odp.

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów składających się z trzech pipet o następujących zakresach: 2-20 mikrolitrów, 20-200 mikrolitrów i 100-1000 mikrolitrów.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w ofercie krzesła robocze bez podłokietników, o podstawie na stopkach (bez kółek) z metalową obręczą stopy?

Odp.

TAK. Zamawiający dopuści zaoferowanie krzeseł roboczych bez podłokietników o podstawie na stopkach z metalową obręczą stopy.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Wojciech Samulowski*

*Sporządziła: mgr Anna Adamkiewicz*

---

10-957 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 2, tel. 089 524 51 11, 089 524 52 15, 089 524 51 81, 089 523 34 20,  
fax 089 523 32 78.