



Olsztyn, dnia 30.09.2010 r.

L. dz. 90-2302/<sup>2859</sup> /HS/2010

Nr postępowania: 15/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa sprzętu dla laboratorium pozyskiwania oraz przetwarzania obrazów naziemnych, lotniczych i satelitarnych, sprzętu dla laboratorium zintegrowanych pomiarów inżynierskich oraz oprogramowania dla laboratorium pozyskiwania i przetwarzania geo-danych dla potrzeb Systemów Informacji Przestrzennej, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części XXIII:

**Pytanie:**

Czy jest możliwa modyfikacja pozycji nr 24 w części XXIII (dotyczącej skanera laserowego) zapisu z „Dwa akumulatory zewnętrzne ze wskaźnikiem naładowania, z automatycznym przełączaniem akumulatorów w trakcie pracy skanera” na „Dwa wymienne akumulatory wewnętrzne ze wskaźnikiem naładowania, z automatycznym przełączaniem akumulatorów w trakcie pracy skanera”. Wyżej opisane akumulatory wewnętrzne są wyprodukowane w najnowszej technologii Li – Ion i odpowiadają czasowi pracy akumulatorów zewnętrznych.





**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastąpienie przez Wykonawcę akumulatorów zewnętrznych dwoma wymiennymi akumulatorami wewnętrznymi ze wskaźnikiem naładowania oraz z automatycznym przełączaniem akumulatorów w trakcie pracy skanera laserowego.

Z poważaniem  
ZASTĘPCA KANCLERZA

.....Wojciech Samulowski.....

Podpis osoby uprawnionej