



Olsztyn, dnia 3.02.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/203/ SK/2010

Nr postępowania : 2/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Laboratorium Toksykologicznego (blok 106), Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej (blok 105, 105 A, 106) oraz do sal wykładowych (bloku 105 i 106) i ćwiczeniowych (105) oraz do bloku 105 B w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania (dotyczy części nr 6):

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza inkubator na 432 jaja kurze lub ekwiwalent innych o wymiarach zewnętrznych 108 cm x 86 cm x 74 cm (szer. x głę. x wys.), spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o wymiarach zewnętrznych 108 cm x 86 cm x 74 cm (szer. x głę. x wys.). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymiarów zewnętrznych inkubatora ze względu względu na wymiary posiadanego laboratorium, a także jego specyficzną zabudowę.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Sarnowski

.....
Podpis osoby uprawnionej

