



Olsztyn, dnia 26.04. 2010 r.

L.dz. 90 – 2302/ 85 / SK/2010

Nr postępowania : 2/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Laboratorium Toksykologicznego (blok 106), Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej (blok 105, 105 A, 106) oraz do sal wykładowych (bloku 105 i 106) i ćwiczeniowych (105) oraz do bloku 105 B w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania :

Dotyczy części nr 4 – Piec muflowy dla Pracowni Toksykologii Pasz Laboratorium Toksykologicznego

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści piec o czasie nagrzewania 110 minut?

**Odpowiedź:**

Ze względu na czas wykonania analizy Zamawiający nie dopuści pieca o czasie nagrzewania 110 minut.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści piec o pojemności 24 lub 40 itrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści piec o pojemności 24 litry.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści piec o wymiarach wewnętrznych 280 x 340 x250 mm (szer. x głęb. x wys.)?