

Olsztyn, dnia 26.07.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/ 88 / SK/2010

Nr postępowania : 2/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**  
**ul. Oczapowskiego 2**  
**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości**  
**uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Laboratorium Toksykologicznego (blok 106), Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej (blok 105, 105 A, 106) oraz do sal wykładowych (bloku 105 i 106) i ćwiczeniowych (105) oraz do bloku 105 B w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy w części nr 3 w parametrze „pobór mocy (W): 1000-2000 Zamawiającemu chodzi o zakres mocy ultradźwięków w zakresie 1000-2000 W?

**Odpowiedź:**

Parametr „pobór mocy (W): 1000-2000” oznacza zakres mocy ultradźwięków w zakresie od 1 000 do 2 000 W czy też chodzi o moc grzewczą (eetryczną) łaźni ultradźwiękowej w zakresie 1000-2000 W?

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści dostawę łaźni ultradźwiękowej o częstotliwości 40 kHz lub kilku częstotliwościach, np. 25 i 40 kHz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łaźnię ultradźwiękową pracującą w dwóch częstotliwościach roboczych: 25 kHz oraz 40 kHz.

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Wojciech Sankulowski*

Podpis osoby uprawnionej