



Olsztyn, dnia 19.01.2017 r.

Ldz. /2017

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania nr 17/2017/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego aparatu Real-Time PCR do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POIR.01.01-00-0016/16 pt.: „Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego antybiotykoopornymi bakteriami” w ramach Działania 1.1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Proteon Pharmaceuticals S.A.

**ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę treści pkt. 43 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy z zapisów w brzmieniu:

„Minimalne wymagania dotyczące komputera sterującego urządzeniem: - Procesor: Intel Core 2 duo 2.4 GHz - Pamięć RAM: 2 GB - Dysk twardy: 250 GB - LAN: RJ45 Ethernet (100 MBit) - Port USB: USB 2.0 - Rozdzielczość ekranu: 1280 * 1024 - System operacyjny: Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 (32bit) - Zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.0.”

na zapisy w brzmieniu:

„Minimalne wymagania dotyczące komputera sterującego urządzeniem:

1. procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 2000 punktów, posiadający sprzętowe wsparcie szyfrowania AES
2. Dysk min. 500 GB
3. min. RAM 4 GB
4. LAN
5. min. 3 x USB
6. Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączenia się do domeny opartej na Windows Serwer 2012. Kompatybilny z MsOffice 2016
7. ekran, rozdzielczość min. 1280 x 1024.”

Z poważaniem,

KANCLERZ

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy

Sporządziła: Magdalena Zawisza