Olsztyn, dnia 16.08.2017 r.

Ldz. 1670/2017

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr 234/2017/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. dostawa, wniesienie, montaż drobnego sprzętu medycznego w salach Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z następującymi rodzajami monitorowanych parametrów: EKG, SpO2, NIBP, 2 x IBP, Oddech, 2 x Temp, EtCO2 – microstream, mainstream, sidestream, ICO?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z parametrami w powyższym zapytaniu.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez interfejsu RS-232, wyposażony w gniazdo USB posiadające funkcje analogiczne jak RS-232?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z interfejsem USB, bez łącza RS232.

Pytanie nr 3.Część 4 Pulsoksymetry.
Ad.1 Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez funkcji oszczędzania baterii? Oferowany pulsoksymetr może pracować na jednym komplecie baterii minimum 36 godzin.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ww. rozwiązania.

Ad.2 Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z zasilaniem trzema bateriami typu AA?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. rozwiązania.

Ad.3 Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z zasilaniem trzema bateriami typu AA?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. rozwiązania.

Ad.4 Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez funkcji oszczędzania baterii? Oferowany pulsoksymetr może pracować na jednym komplecie baterii minimum 36 godzin.
Odpowiedź:
W zakresie punktu nr 4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ww. rozwiązania.

Ad.5 Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr obsługiwany za pomocą sześciu przycisków, bez funkcji automatycznego wyłączania, bez wskaźnika perfuzji, z pracą na jednym komplecie baterii typu AA minimum 36 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ww. rozwiązania.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
mgr inż. Dariusz Raubo

Sporządziła: Joanna Lipińska, Ewa Kupcewicz, Krzysztof Mioduszewski, Katarzyna Sądej.