



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
W OLSZTYNIE

L.dz.90-0902/2016/AO/2017

Olsztyn dn. 27.09.2017r.

Nr postępowania: 339/2017/PN/DZP

*Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 339/2017/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

**Część nr 15**

**Pytania nr 1:**

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści wirówkę oferującą zakres obrotów do 6000 RPM bez trybu ciągłego pracy oraz bez funkcji krótkiego wirowania, spełniającą pozostałe wymagania?

Proszę o uzasadnienie w przypadku negatywnej odpowiedzi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza wirówkę z zakresem obrotów do 6000 RPM bez trybu ciągłego pracy oraz bez funkcji krótkiego wirowania, spełniającą pozostałe wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

**Pytanie nr 2 dotyczy zapisów umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 6 ust 2 umowy do 0,3 % ceny określonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie załącznika nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.

Z poważaniem

KAMOLERZ  
  
dr inż. Aleksander Socha

Sporządziła: Anna Opalach