



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE

L.dz.90-0902/2045 /AO/2017

Olsztyn dn. 02.10.2017r.

Nr postępowania: 339/2017/PN/DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 339/2017/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI _2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytania nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na mikroskop odwrócony z oprogramowaniem w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie mikroskopu odwróconego z oprogramowaniem w języku angielskim.

Pytania nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na mikroskopu odwróconego o wadze 8 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie określił w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia parametru dotyczącego wagi wymaganego mikroskopu odróconego.

Dotyczy część nr 11

Pytania nr 3:

Niniejszym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące części nr 11. Do dewarów TR 35 (z racji ich gabarytów) producent nie dostarcza uchwytów ręcznych. Największy dewar, do którego ~~dostarczane są takie uchwyty to TR 26. Czy w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z konieczności zaoferowania uchwytu ręcznego?~~

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że zrezygnuje z konieczności zaoferowania uchwytu ręcznego.

Dotyczy części nr 12

Pytania nr 4:

Czy dopuszcza się urządzenie o wymiarach (SxGxW): 276 x 334 x 170mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 276 x 334 x 170mm.

Dotyczy części nr 15

Pytania nr 5:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem prędkości 1000-5000rpm?

Odpowiedź:

Tak, z zastrzeżeniem możliwości wirowania m.in. probówek typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml/2 ml.

Pytania nr 6:

Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę wyposażoną w timer ustawiony na czas do 30 minut lub na tryb ciągły.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wirówki wyposażonej w timer ustawiony na czas do 30 minut lub na tryb ciągły.

Dotyczy części nr 16

Pytania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z orbita 13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytania nr 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pokrętłem do zmiany parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytania nr 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (SxGxW): 276 x 334 x 130mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytania nr 10:

Czy dopuszcza się urządzenie o wadze 8kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem

KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha

Sporządziła: Anna Opalach

