



Ldz. 90 – 0902/..../2017

Olsztyn, dnia 17.01.2017 r.

Nr postępowania: 9/2017/PN/DZP

*Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania*

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie.

**Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 7 – kamera mikroskopowa**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o rozdzielczości 3 megapikseli? W podanych parametrach maksymalna rozdzielczość pracy urządzenia to właśnie 3 megapiksele, w wymaganiach podano zaś wartość „około 5MP” co nie jest precyzyjne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie kamery mikroskopowej o rozdzielczości 3 megapikseli. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 5 megapikseli. Zamawiający dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez uszczegółowienie tego parametru, o czym powiadomi osobnym pismem.

KANCLERZ

*(podpis)*  
.....  
dr inż. Aleksander Socha

(podpis osoby upoważnionej)

*Sporządziła: Magdalena Zawisza*