

***Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania***

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 237/2018/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.**

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI \_2**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

#### **Dotyczy część nr 8**

##### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło z platformą o średnicy 137 mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza mieszadło z platformą o średnicy 137mm, z zachowaniem pozostałych parametrów aparatu bez zmian.

##### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o mocy 600W?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza mieszadło o mocy 600W, z zachowaniem pozostałych parametrów aparatu bez zmian.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o mocy wejścia 15W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza mieszadła magnetycznego o mocy wejścia 15W, ze względu na możliwy dłuższy czas nagrzewania się aparatu.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z zakresem prędkości 100-1800 rpm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne z zakresem prędkości 100-1800 rpm, z zachowaniem pozostałych parametrów aparatu bez zmian.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o wymiarach 156 x 270 x 70 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne o wymiarach 156 x 270 x 70 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów aparatu bez zmian.

**Dotyczy część nr 20**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści łaźnię z wytrząsaniem o częstotliwości 0-200 rpm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści łaźnię z wytrząsaniem o amplitudzie 20 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści łaźnię o wymiarach 460 x 350 x 200 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści łąźnię z wytrząsaniem o pojemności 22 l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści łąźnię z wytrząsaniem o mocy 1600W?


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem

Sporządzili: Anna Opalach

KANONERZ

  
dr inż. Aleksander Socha

