



Ldz. 90 – 0902/2018
Nr postępowania : 290 / 2018 / PN / DZP

Olsztyn, dnia 01.08.2018 r.

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. *Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej laboratoryjnej oraz laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie.

PYTANIA DO CZĘŚCI NR 1:

Pytanie nr 1:

Analizatory do pomiaru biogazu są bardzo często produkowane pod konkretne wymagania klienta. Wpływa to na czas dostawy, wynoszący zwykle około 8 tygodni. W związku z czym czas dostawy 7-14 dni jest bardzo ciężki do spełnienia. Ponadto, większość analizatorów do produkcji biogazu jest dostarczana od zagranicznych Producentów

W związku z czym wnioskujemy o zmianę oceny oferty dotyczącej części nr 1 następująco:

Termin wykonania 8 tygodni – 0 pkt.

Termin wykonania 7 tygodni – 20 pkt.

Termin wykonania 6 tygodni – 40 pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w następujący sposób:

Termin dostawy: 56 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt

Termin dostawy: 49 dni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt,

Termin dostawy: 42 dni od dnia zawarcia umowy - 40 pkt.

PYTANIA DO CZĘŚCI NR 7:

Pytanie nr 1:

Najkrótszym możliwym terminem dostawy określonym przez współpracującego z nami producenta analizatora tekstury jest okres 8 tygodni od złożenia zamówienia.

Niniejszym prosimy o odpowiedź na pytanie:

Czy dopuszczają Państwo niezagrożoną karami umownymi za opóźnienie realizację dostawy zgodnego z wymaganiami podanymi w SIWZ analizatora tekstury w terminie 8 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w następujący sposób:

Termin dostawy: 56 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt

Termin dostawy: 49 dni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt,

Termin dostawy: 42 dni od dnia zawarcia umowy - 40 pkt.

PYTANIA DO CZĘŚCI NR 11:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z zakresem temperatur $+5^{\circ}\text{C}$ pow. temp. otoczenia do $+60^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem ze stabilnością temperatury $0,25^{\circ}\text{C}$ w 37°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z orbitą 22 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych W x D x H: 285 x 400 x 290 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wadze 13 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr :

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z zakresem 50-300 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z orbitą 20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem ze stabilnością temperatury $0,3^{\circ}\text{C}$ w 37°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych W x D x H: 360 x 435 x 320 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wadze 18,7 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o mocy 400W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIA DO CZĘŚCI NR 14:**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość temperatury: 1 st. C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza jednorodność temperatury +/- 1,1 st.C w temperaturze +100 st.C, +/- 1,7 st.C w temperaturze +200 st.C i +/- 2,3 st.C w temperaturze +300 st.C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne komory (s x g x w) 240 x 280 x 340 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza maksymalne obciążenie półki 10 kg i timer od 0 do 99 godzin 99 minut ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIA DO UMOWY**Pytanie nr 1:**

We wzorze umowy §4 Dostawa i odbiór przedmiotu umowy czytamy: Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego instalację przedmiotu umowy zgodnie z ust 2 oraz przeprowadzenie bezpłatnego instruktażu w zakresie właściwej obsługi dostarczonego przedmiotu umowy.

Powyższy zapis nie znajduje zastosowania przy przedmiocie zamówienia. Jest to przenośne i proste w obsłudze urządzenie nie wymagające instalowania. Wnioskujemy o usunięcie zapisu lub doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zainstalowanie urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy we wspomnianym zakresie. Niemniej jednak pozostawia kwestię instalacji, wykazania poprawności działania oraz instruktażu do ustalenia z bezpośrednim odbiorcą oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

(§6) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy we wspomnianym zakresie.

Pytanie nr 3:

(§5) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy we wspomnianym zakresie.

Pytanie nr 4:

(§5) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy we wspomnianym zakresie.

Pytanie nr 5:

(§5) Czy Zamawiający dopuści możliwość konsultacji telefonicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy we wspomnianym zakresie.

Pytanie nr 6:

Część nr 4, Paragraf 5 pkt. 5

Czy możliwe jest wydłużenie wskazanego terminu naprawy z 14 dni do 70 dni? W przypadku awarii urządzenie musi zostać wysłane do Szwajcarii. Na czas naprawy oferujemy bezpłatne wypożyczenie naszego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do propozycji zmiany treści § 5 pkt. 5 dla Części nr 4 na sugerowany w pytaniu.

Pytanie nr 7:

Część nr 4, Paragraf 5 pkt. 6

Czy jest możliwa zmiana treści punktu na następujący?

W przypadku niewykonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 5 Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego wypożyczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do propozycji zmiany treści § 5 pkt. 6 dla Części nr 4 na sugerowany w pytaniu.

Pytanie nr 8:

Część nr 4, Paragraf 5 pkt. 7

Czy możliwe jest wydłużenie wskazanego terminu wymiany przedmiotu umowy na nowy z 14 dni do 60 dni?

Na ten czas oferujemy bezpłatne wypożyczenie naszego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do propozycji zmiany treści § 5 pkt. 7 dla Części nr 4 na sugerowany w pytaniu.

Pytanie nr 9:

Część nr 4, Paragraf 5 pkt. 10

Czy możliwe jest wydłużenie wskazanego terminu z 3 dni na 60 dni?

Na ten czas oferujemy bezpłatne wypożyczenie naszego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do propozycji zmiany treści § 5 pkt. 10 dla Części nr 4 na sugerowany w pytaniu.

Pytanie nr 10:

Część nr 4, Paragraf 6 pkt. 1


Czy dla każdego z podpunktów 2, 3, 4 może zostać ustalona górna granica kary umownej na poziomie nie wyższym niż 15% wartości zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy we wspomnianym zakresie.

Z poważaniem

KANCLERZ


dr inż. Aleksander Socha

Sporządziła: Anna Adamkiewicz

