



*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 537/2019/PN/DZP pt. „Dostawy sukcesywne materiałów medycznych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1

Poz. 2 - 4

Czy zamawiający oczekuje soli w worku czy w butelce?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje soli w worku.


Pytanie nr 2

Poz. 8 - 12

Czy Zamawiający dopuści inną metodę sterylizacji np. tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza metodę sterylizacji tlenkiem etylenu.



Pytanie nr 3

Poz. 8

Czy Zamawiający oczekuje ceny za 1 szt czy za pełne opakowanie 50 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podania ceny za opakowanie- 50 sztuk.

Pytanie nr 4

Poz. 9 - 12

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę czy za pełne opakowanie 100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podania ceny za opakowanie- 100 sztuk.

Pytanie nr 5

Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm, z otworem 6 cm?

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający dopuszcza taki wymiar serwet.

Pytanie nr 6

Poz. 40-46

Czy Zamawiający dopuści kaniule innego producenta, z dwoma paskami RTG w rozmiarach:

długość kaniuli średnica zewnętrzna

45mm 2,1

45mm 1,7

45mm 1,5



45mm	1,3
32mm	1,1
25mm	0,9
19mm	0,7
19mm	0,6

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający dopuszcza takie wymiary kaniul.

Pytanie nr 7

Poz. 52

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonna 60x60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego wymiaru.

Pytanie nr 8

Poz. 52

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonna 60x90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie wymiary.


Pytanie nr 9

Poz. 54

Czy Zamawiający oczekuje ceny za 1 sztukę czy za pełne opakowanie 30 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podania ceny za opakowanie- 30 sztuk.



Pytanie nr 10

Poz. 60

Czy Zamawiający dopuści igły rozmiar 0,45x13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie wymiary.

Pytanie nr 11

Poz. 77

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę czy za pełne opakowanie 50szt?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podania ceny za opakowanie- 50 sztuk.

Z poważaniem

KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha

Sporządziła: Anna Opalach, Dominika Gałubczyk