

*Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 105/2020/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.**

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

#### **Część nr 4**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do dostawy wirnika horyzontalnego na 12 kart żelowych 4 x CYTO? Bardzo proszę o doprecyzowanie wyposażenia wymaganego przez Zamawiającego?

##### **Odpowiedź:**


Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga dołączenia do dostawy wirnika horyzontalnego na 12 kart żelowych 4 x CYTO.

#### **Część nr 5**

##### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o masie pustego urządzenia wynoszącego maksymalnie 42 kg, spełniającego pozostałe parametry techniczne? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie

##### **Odpowiedź:**



Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania dotyczącego maksymalnej wagi urządzenia.

Z poważaniem

P.O. KAP. CLERZA  
mgr Andrzej Goźdź

*Sporządziła: Anna Opalach*