



Ldz. 945/2020

Olsztyn, dnia 05.06.2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 2

Dotyczy: postępowania nr 162/2020/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1. Dotyczy Części nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną bez platformy pod uchwyty kolb stożkowych typu Erlenmeyera oraz uchwytów do tej platformy, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Zgodnie z wymaganiami łaźnia zostanie wyposażona w perforowany wkład z naciągami sprężynowym na kolby, który spełnia tę samą funkcję co platforma z uchwytami. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie Części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania łaźni wodnej bez platformy pod uchwyty kolb stożkowych typu Erlenmeyera oraz uchwytów do tej platformy, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Z poważaniem

Sporządziła: Karolina Kostrzewa