



Olsztyn, 29.01.2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / ~~138~~ / MB / 2010

Nr postępowania : 3 / 2010 / PN / DZP / RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa aparatury specjalistycznej o cenie jednostkowej poniżej 3 500,00 PLN do Laboratoriów na ul. Oczapowskiego 5 i Prawocheńskiego 2 w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania :

#### **Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 9 (Waga elektroniczna laboratoryjna)**

W imieniu firmy (...) składam zapytanie do przetargu nr 3 / 2010 / PN / DZP / RPW

Pytania dotyczą części nr 9:

- czy Zamawiający dopuści szalkę o wymiarach 128x128 mm?
- jednym z parametrów jest obudowa ze stali nierdzewnej. Czy zamawiający mógłby sprecyzować czy ma to być szalka wykonana ze stali nierdzewnej czy cała waga? Czy obudowa ze stali nierdzewnej to jakaś dodatkowa część np. przykrywająca wagę?
- jeżeli ma to być waga w obudowie nierdzewnej to jaki stopień ochrony IP jest wymagany?


  






**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza szalkę o wymiarach 128x128 mm. Jednocześnie wyjaśniam, iż Zamawiającemu chodzi o wykonanie szalki ze stali nierdzewnej.

  
ZASTĘPCA KONTROLERZA  
WOJCIECH SĘDULOWSKI  
.....  
Podpis osoby uprawnionej