

Olsztyn, dnia 23.08.2010 r.

L. dz. 90-2302/2349/HS/2010

Nr postępowania: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa wyposażenia do pracowni materiałów i nawierzchni drogowych, maszyn wytrzymałościowych oraz urządzeń do obróbki metalu, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr: 4, 11, 25, 43, 44, 45, 53.

**Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 4:**

**Dygosterium**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymiarów dygestorium.

**Odpowiedź :** minimalne wymiary dygestorium: 1500x800x2400 mm (maksymalne 1800x930x2600mm)

**Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 11:**

**Piec do spalań dopuszczalna temperatura**

- 1.Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną temperaturę 1100°C?
- 2.Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną temperaturę roboczą 1050°C?



3. Czy pod pojęciem „świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania” Zamawiający rozumie deklarację zgodności CE?

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający dopuszcza maksymalną temperaturę roboczą pieca co najmniej 1100°C.
2. Zamawiający nie dopuszcza maksymalnej temperatury roboczej 1050°C.
3. Tak, Zamawiający pod pojęciem „świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania” rozumie deklarację zgodności CE.

**Pytanie nr 3. Dotyczy części nr 25:**

**Wagi elektroniczne: 1, 2, 5, 10, 25, 150 kg**

1. Czy podane zakresy ważenia są minimalnymi zakresami jakie dana waga powinna spełniać?
2. Czy Zamawiający oczekuje oferty na 6 różnych wag, każda o innym zakresie ważenia? Jeśli tak, to prosimy o odpowiednie zmodyfikowanie arkusza cenowego dla zadania nr 25 ze względu na różną cenę każdej z wag.

**Odpowiedź:**

1. 1, 2, 5, 10, 25 i 150 to wartości górnych granic zakresów ważenia.
2. Oferta dotyczy 6 wag o różnych zakresach ważenia.

**Pytanie nr 4. Dotyczy części nr 41:**

**pH-metry**

Prosimy o podanie ilości i wartości pH wymaganych roztworów do kalibracji i roztworów buforowych.

**Odpowiedź:**

Roztwory buforowe do kalibracji po 4 x 250 ml o pH 4, 7 i 9 Łącznie 12 roztworów.

**Pytanie nr 5. Dotyczy części nr 43:**

**Stożki opadowe (2 szt.) do badania konsystencji**

1. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wyłącznik?
2. Czy Zamawiający dopuści stożki bez wyłącznika?

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający rezygnuje z wyłącznika.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza stożki bez wyłącznika.

**Pytanie nr 6. Dotyczy części nr 44:**

**Stół wibracyjny**

Czy Zamawiający dopuści stół o wibracji do 5000 drg/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stół o częstotliwość wibracji do 5000 drg/min pod warunkiem, że jest zgodny z wymaganiami: PN EN 197; PN EN 13286; PN EN 459; PN EN 12350.

**Pytanie nr 7. Dotyczy części nr 45:**

**Suwmiarka 25;30 cm (4 szt.)**

1. Czy Zamawiający w miejsce suwmiarki o zakresie 250 mm dopuści suwmiarki o zakresie 200 mm bądź też zezwoli na zaoferowanie 4 szt. Suwmiarek o zakresie 300 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści suwmiarki elektroniczne rozdzielczości wyświetlacza 0,01 mm oraz dokładności 0,03 mm?
3. Czy Zamawiający wymaga aby suwmiarki posiadały świadectwo wzorcowania, jeżeli tak, to czy może to być świadectwo wystawione przez laboratorium nie posiadające akredytacji PCA?

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający dopuszcza 4 suwmiarki 300 mm.
2. Zamawiający dopuszczalna suwmiarki elektroniczne o rozdzielczości wyświetlacza 0,01 mm oraz dokładności 0,03 mm.
3. Zamawiający wymaga, aby suwmiarki posiadały świadectwo wzorcowania. Zamawiający nie wymaga, aby świadectwo wzorcowania były z akredytacji PCA.

**Pytanie nr 8. Dotyczy części nr 53:**

Tokarka uniwersalna o maksymalnej średnicy toczenia 510 mm (fundament).

1. W zestawieniu parametrów w p. 1 w Parametrach wymaganych zapis jest następujący:

„Maksymalna średnica toczenia 460mm”

Moje pytania są następujące:

Który parametr jest obowiązujący 460mm czy 510mm ?

2. Co oznacza uwaga w nawiasie fundament?

**Odpowiedź:**

1. Tokarka o maksymalnej średnicy toczenia 510 mm. Pozostałe wymiary toczenia odpowiednio do podstawowego 510 mm.
2. Słowo fundament zostaje wykreślone z siwz.

**Pytanie nr 9:**


Czy Zamawiający pod pojęciem „instytut badawczy” rozumie także wyższe uczelnie, w których strukturze organizacyjnej działają katedry i instytuty i wyrazi zgodę na przedstawienie referencji za wykonane dostawy dla tych jednostek?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający pod pojęciem „instytut badawczy” rozumie także wyższe uczelnie, w których strukturze organizacyjnej działają katedry i instytuty i wyrazi zgodę na przedstawienie referencji za wykonane dostawy dla tych jednostek.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZASTĘPCA KANCLERZA

  
Wojciech Samulowski

.....  
Podpis osoby uprawnionej