



Olsztyn, dnia 24.01.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/ 86 / SK/2010

Nr postępowania: 30/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmiński – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmiński – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania (dotyczy części nr 9):

Pytanie 1:

Ad.Lp. 70 – Czy Zamawiający dopuści pipety autoklawowalne w całości wykonane z tworzywa odpornego na UV, reagenty oraz wysoką wilgotność lecz nie będące w kolorze ciemnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipety autoklawowalne w całości wykonane z tworzywa odpornego na UV, reagenty oraz wysoką wilgotność lecz nie będące w kolorze ciemnym.

Pytanie 2:

Ad. L.p. 74 - Czy Zamawiający dopuści pipety, w których okienko z wartością ustawionej objętości bardzo wyraźne, duże i widoczne cały czas w trakcie pipetowania, umieszczone z przodu pipety?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipety, w których okienko z wartością ustawionej objętości jest bardzo wyraźne, duże i widoczne cały czas w trakcie pipetowania, umieszczone z przodu pipety.





Pytanie 3:

Ad. L.p. 75 - Czy Zamawiający dopuści pipety z okienkiem przygotowanym do umieszczenia wkładki z opisem pipety osłonięte demontowaną obudowa z tworzywa umieszczone na górnej dobrze widocznej części podparciu na palec?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipety z okienkiem przygotowanym do umieszczenia wkładki z opisem pipety osłonięte demontowaną obudowa z tworzywa umieszczone na górnej dobrze widocznej części podparciu na palec.

Pytanie 4:

Ad. L.p. 77 – Czy Zamawiający dopuści pipety wyposażone w przycisk zabezpieczający przed przypadkową zmianą objętości znajdujący się obok okienka z wartością ustawianej objętości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipety wyposażone w przycisk zabezpieczający przed przypadkową zmianą objętości znajdujący się obok okienka z wartością ustawianej objętości.

Pytanie 5:

Ad. L.p. 86 – Ograniczenie jednostek do akredytowanych tylko w Polsce jest przejawem nierównego traktowania podmiotów certyfikujących. Polska norma PN-ISO 9001 jest odpowiednikiem normy europejskiej normy EN ISO 9001:2000 i np. niemieckiej DIN EN ISO 9001:2000. W związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia ograniczenia do jednostek akredytowanych w Polsce, ponieważ trzeba spełnić te same warunki dla uzyskania certyfikatu system jakości. Wnoskujemy o zmianę zapisu w tym punkcie i dopuszczenie certyfikatów systemu jakości wydanych przez jednostki akredytowane w Unii Europejskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza certyfikaty systemu jakości wydane przez jednostki akredytowane w Unii Europejskiej.

Pytanie 6:

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ pkt 2 ppkt 2.1 – Czy Zamawiający obniży próg kwotowy w zakresie części nr 9 do wartości nie mniejszej niż 20 000,00 brutto? Postawienie tak wysokich limitów w sposób drastyczny ogranicza konkurencję do dużych firm, które wcześniej zrealizowały dostawy powyżej wymaganych progów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść rozdziału IV pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ, tj. w zakresie części nr 9 żąda zrealizowania dwóch dostaw odpowiadających rodzajem i wartością dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda.

W związku z udzielaną odpowiedzią Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

.....
ZASTĘPCA KANCELERZA


Wojciech Samulowski

Podpis osoby uprawnionej