




Olsztyn, dnia 11 stycznia 2010 r.

L.dz. 90 – 2302/  / SK/2010

Nr postępowania: 30/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania:


Pytanie :

Czy Zamawiający w części „Wymagania dotyczące klatek dla szczurów” i „Wymagania dotyczące klatek dla myszy” przez dwa punkty opisowe – pokrywę ze stali nierdzewnej – wysokiej jakości, certyfikowanej oraz kratkę z dzielnikiem na karmę butelkę wykonaną ze stali (poz. 18 i 19 raz poz. 24 i 25) rozumie jedną pokrywę z dzielnikiem na butelkę i miejscem na karmę wykonaną ze stali nierdzewnej certyfikowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie w/w zapis jako jedna pokrywa z dzielnikiem na karmę i butelkę, wykonana ze stali nierdzewnej – wysokiej jakości, certyfikowanej. Dotyczy to wszystkich wymienionych pozycji (18 i 19 oraz 24 i 25).

ZASTĘPCA KANCLERZA


.....
Wojciech Samulowski

Podpis osoby uprawnionej