

Olsztyn, dnia 10.04.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/221 / SK/2010

Nr postępowania: 30/2009/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania (dotyczy części nr 9):

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pipety o szerszym zakresie pomiarowym pokrywającym zakres podany w SIWZ:

- Zestaw nr 1 zamiast pipety 0,2 ul, pipetę 0,1-3 ul,
- Zestaw nr 2 zamiast pipety 1-10 ul pipetę 0,5-10 ul?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pipety o szerszym zakresie pomiarowym pokrywającym zakres podany w SIWZ, tj.:

- Zestaw nr 1: pipetę 0,1-3 ul,
- Zestaw nr 2: pipetę 0,5-10 ul.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samojłowicz