



Olsztyn, dnia 27.04.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/183 / DN/2010

Nr postępowania : 31/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 11, Etap 3, Zadanie 1).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 20, 22, 23, 24, 43.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie automatu myjąco-dezynfekującego o głębokości 70 cm.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 120 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 120 litrów

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu kart CHIP, ale z możliwością podłączenia do komputera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez portu kart CHIP z możliwością podłączenia do komputera, podtrzymując wymagania określone w SIWZ.



Pytanie nr 4:

Czy urządzenie może posiadać wentylator bez opcji zmiany szybkości obrotów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego wentylator bez opcji zmiany szybkości obrotów, podtrzymując wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy dopuszcza się urządzenie o wymiarach (SxGxW): 65 x 74 x 101 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inkubator o wymiarach 65 x 74 x 101 cm.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o dokładności rozkładu temperatur $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o dokładności rozkładu temperatur $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, podtrzymując wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści łaźnię z zakresem wytrząsania 50-250 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łaźnię z zakresem wytrząsania 50-250 rpm.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem temperatur -10°C do 40°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wirówkę z zakresem temperatur -10°C do 40°C , podtrzymując wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści wirnik 6 x 30 ml o prędkości obrotowej 10350 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wirnika 6 x 30 ml o prędkości obrotowej 10350 rpm, podtrzymując wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 355 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki o pojemności 355 litrów.



Pytanie nr 11:

Czy zamrażarka powinna posiadać standardowo chłodzenie w półkach, co gwarantuje szybsze zamrażanie próbek oraz wysoką jednorodność temperatury w komorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamrażarki z chłodzonymi półkami.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem temperatur od -65°C do -86°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z zakresem temperatur od -65°C do -86°C , podtrzymując wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 13:

Czy dopuszcza się urządzenie o szerokości i głębokości zewnętrznej równej 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o szerokości i głębokości zewnętrznej równej 80 cm.

Pytanie nr 14:

Czy dopuszcza się urządzenie o wymiarach wewnętrznych (W x S x G): 131 x 55 x 49 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych 131 x 55 x 49 mm.

Pytanie nr 15:

Czy zamrażarka powinna posiadać kaskadowy system dwóch kompresorów, gwarantujący bezawaryjną pracę oraz niski hałas na poziomie 51 dB?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z kaskadowym systemem dwóch kompresorów i hałasem na poziomie 51 dB.

Pytanie nr 16:

Czy dopuszcza się urządzenie wyposażone jedynie w port RS485?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie zamrażarki jedynie w port RS 485.





Pytanie nr 17:

Czy dopuszcza się zamrażarkę o średnim zużyciu energii na poziomie 700W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o średnim zużyciu energii 700 W.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej