



Olsztyn, dnia .....2010 r.

L.dz. 90 – 2302/796 / DN/2010

Nr postępowania : 31/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 11, Etap 3, Zadanie 1).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 21.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z portem komunikacyjnym USB i RS485?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zamrażarki z portem typu RS232, dodatkowe porty USB i RS485 mogą być zaoferowane.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację czy wyposażenie (poz. 3) ma być dostarczone wraz z urządzeniem, czy też jako opcja do późniejszego zakupu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyposażenie dodatkowe (poz. nr 3) muszą być dostarczone wraz z urządzeniem.



**Pytanie nr 3:**

Nawiązując do poprzedniego pytania prosimy o określenie ile szuflad do przechowywania pudełek na fiolki i probówki ma być dostarczone razem z urządzeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga minimum 8 szuflad do przechowywania pudełek na fiolki i probówki.

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Mojciech Bartulowski*

.....  
Podpis osoby uprawnionej