

Olsztyn, dnia 25.06.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/1487/ DN/2010

Nr postępowania: 31/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 11, Etap 3, Zadanie 1).

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY  
W ZAKRESIE CZĘŚCI Nr 9**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, unieważnia wybór oferty w zakresie części nr 9 z uwagi na wątpliwość co do prawidłowości przeprowadzenia czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, iż referencje dołączone do oferty, wystawione przez firmę Erasmus Medical Center, Po Box 2040, 3000 CA Rotterdam, Holandia nie potwierdzają, że zrealizowana dostawa została wykonana przez Państwa firmę należycie, zgodnie z postawionym warunkiem oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanym szczegółowo w SIWZ.

Ponadto w katalogu dołączonym do oferty w zakresie części nr 9 dla oferowanego sterylizatora parowego stwierdzono, że model sterylizatora zaoferowanego w formularzu

ofertowym – 3870 ELV GPV nie odpowiada modelowi przedstawionemu w załączonym katalogu – 3870 ELV/MLV.

W związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynność badania i oceny złożonych ofert oraz dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający przeprasza uczestników postępowania za zaistniałą sytuację .

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Wojciech Samulowski*

.....  
Podpis osoby uprawnionej