



Olsztyn, dnia 26.05.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/ 822 / DN/2010

Nr postępowania : 31/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 11, Etap 3, Zadanie 1).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 31.

Pytanie nr 1: Dotyczy pieca do mineralizacji

Czy dopuszcza się aluminiowy blok grzewczy na 8 lub 20 stanowisk roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aluminiowego bloku grzewczego na 20 stanowisk roboczych przy czym w takim rozwiązaniu wymaga aby zamiast wymienionych w SIWZ 24 szt. kolb do mineralizacji Oferent dostarczył minimum 40 kolb.

Pytanie nr 2: Dotyczy pieca do mineralizacji

Czy dopuszcza się zakres temperatury pracy od T_{ot} do $+ 440^{\circ}C$ z cyfrowym wyświetlaczem monitorującym aktualną temperaturę w bloku podczas pracy urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy od T_{ot} do $+ 440^{\circ}C$ z cyfrowym wyświetlaczem monitorującym aktualną temperaturę w bloku podczas pracy urządzenia.



Pytanie nr 3: Dotyczy pieca do mineralizacji

Czy dopuszcza się moc grzewczą inną niż 2200 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca o mocy grzewczej określonej w specyfikacji tj. od 2090 W do 2310 W.

Pytanie nr 4: Dotyczy pieca do mineralizacji

Czy dopuszcza się inne (zbliżone) gabaryty pieca do mineralizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie gabarytów pieca do mineralizacji opisanych w SIWZ o +/- 50%.

Pytanie nr 5: Dotyczy pieca do mineralizacji

Czy poprzez dopuszczenie bloku do mineralizacji 8 lub 20 stanowiskowego dopuszcza się stojak o takiej samej liczbie miejsc?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku zaoferowania bloku do mineralizacji 20 stanowiskowego dopuszcza się stojak o takiej samej liczbie miejsc.

Pytanie nr 6: Dotyczy aparatu do pochłaniania oparów z 3 stopniowym zabezpieczeniem

Czy dopuszcza się inne (zbliżone) gabaryty aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie gabarytów aparatu opisanych w SIWZ o +/- 50%

Pytanie nr 7: Dotyczy aparatu do pochłaniania oparów z 3 stopniowym zabezpieczeniem

Czy dopuszcza się inny pobór mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający w specyfikacji szczegółowej nie określił wymaganego poboru mocy, określił jedynie moc zasilania : 230V/50/60 Hz.


Pytanie nr 8: Dotyczy destylarki z parą wodną

Czy dopuszcza się kolby destylacyjne o pojemności min. 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolb destylacyjnych o pojemności co najmniej 250ml.





Pytanie nr 9: Dotyczy destylarki z parą wodną

Czy dopuszcza się wyświetlacza bez klawiatury alfanumerycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia z wyświetlaczem, gdzie istnieje możliwość opisu próbek i stosowanych metodyk.

Pytanie nr 10: Dotyczy destylarki z parą wodną

Czy dopuszcza się inne (zbliżone) gabaryty urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozszerzenie gabarytów urządzenia opisanego w SIWZ o +/- 50%

Pytanie nr 11: Dotyczy destylarki z parą wodną

Czy dopuszcza się urządzenie bez konieczności zapamiętywania zużycia roztworu miareczkującego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza destylarkę bez konieczności zapamiętywania zużycia roztworu miareczkującego.

Pytanie nr 12: Dotyczy destylarki z parą wodną

Czy zamawiający wymaga systemu dozowania pary w układzie równoważnym (dla próbek wykryzalizowanych)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga (dla próbek wykryzalizowanych) systemu dozowania pary w układzie równoważnym.

Pytanie nr 13: Dotyczy destylarki z parą wodną

Czy Zamawiający wymaga kontrolę temperatury destylatu?

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga dopuszcza zaoferowanie urządzenia z kontrolą temperatury destylatu.

Pytanie nr 14: Dotyczy destylarki z parą wodną

Czy Zamawiający dopuszcza/wymaga możliwości rozbudowy jednostki do automatycznej z podajnikiem próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia destylarki, która pozwoli w przyszłości na podłączenie z autosamplerem na minimum 50 próbek.


KATARZYNA KANONIK
Katarzyna Kanonik
Podpis osoby uprawnionej