



Olsztyn, dnia 16.09.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/ *905* / DN/2010

Nr postępowania : 31/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 11, Etap 3, Zadanie 1).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 21, 43 :

**Pytanie nr 1: Dotyczy części nr 21 (Zamrażarka głębokiego mrożenia):**

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 483 litry pozwalającej na przechowywanie max. 320 pudełek o wysokości 5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 483 litry pozwalającej na przechowywanie max. 320 pudełek o wysokości 5 cm.

**Pytanie nr 2: Dotyczy części nr 21 (zamrażarka głębokiego mrożenia):**


Czy zamawiający dopuści zamrażarkę posiadającą 4 wewnętrzne sekcje zamykane dwójgiem izolowanych drzwi wewnętrznych (1 drzwi na 2 sekcje)?

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki posiadającej 4 wewnętrzne sekcje zamykane dwójgiem izolowanych drzwi wewnętrznych (1 drzwi na 2 sekcje).

**Pytanie nr 1: Dotyczy części nr 43 (zamrażarka pionowa) :**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 483 litry o wymiarach zewnętrznych 89 cm x 87,5 cm x 199 cm oraz wymiarach wewnętrznych 63 cm x 60 cm x 128 cm?



Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej





**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki o proponowanej pojemności oraz wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych, jeżeli spełnia ona pozostałe wymagania określone w SIWZ.

**Pytanie nr 2: Dotyczy części nr 43 (zamrażarka pionowa) :**

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o obudowie ze stali malowanej proszkowo, a materiał komory wewnętrznej to stal nierdzewna pokryta tworzywem w celu dodatkowej ochrony przed zarysowaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o obudowie ze stali malowanej proszkowo, podtrzymując wymagania określone w SIWZ.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....  
Podpis osoby uprawnionej