



Olsztyn, dnia 04.07.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/870 / DN/2010

Nr postępowania : 31/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego do Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. (Kontrakt 11, Etap 3, Zadanie 1).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 41 poz. 3.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie czy ciepłarka ma mieć naturalny czy wymuszony obieg powietrza?

Nie znamy ciepłarek z naturalnym obiegiem powietrza, które posiadają czas nagrzewania do 37 ° C max 10 min.

Z uwagi na ten fakt prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści ciepłarkę z wymuszonym obiegiem powietrza i czasem nagrzewania do 37 ° C max 12 minut?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza i czasem nagrzewania do 37 ° C nie dłuższym niż 12 minut.

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Wojciech Samulcwski*

Podpis osoby uprawnionej