

Olsztyn, dnia 21.04.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/112 / SK/2010

Nr postępowania: 35/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej do bloku 105 B oraz pawilonu zakażeń eksperymentalnych ptaków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2010 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 13, 15, 29, 30, 33:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w części nr 13 - Zestaw klatek - dopuści zaoferowanie zestawu klatek z brakiem wygłuszenia dźwięku i wibracji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu klatek nie posiadających wygłuszenia dźwięku i wibracji.


Pytanie 2:

Czy Zamawiający w części nr 13- Zestaw klatek - dopuści zaoferowanie zestawu klatek o wymiarach zewnętrznych: 3 klatki 600x600x600mm (dł x szer x wys) oraz 2 klatek 900x600x750mm (dł x szer x wys)? Łączny wymiar zewnętrzny 1800x600x1350mm (dł x szer x wys).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu klatek o wymiarach zewnętrznych: 3 klatki 600x600x600mm (dł x szer x wys) oraz 2 klatek 900x600x750mm (dł x szer x wys)? Łączny wymiar zewnętrzny 1800x600x1350mm (dł x szer x wys).







Pytanie 3:

Czy Zamawiający w części nr 15 - Klatka izolacyjna - dopuści zaoferowanie klatek wykonanych ze stali kwasoodpornej odpornej na chlor i środki dezynfekcyjne? Szybka pleksi o wys.254mm - pozostała część drzwi: kratka ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klatek wykonanych ze stali kwasoodpornej odpornej na chlor i środki dezynfekcyjne.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w części nr 15 - Klatka izolacyjna - dopuści zaoferowanie klatek o wymiarach zewnętrznych: 900x600x750mm (dł x szer x wys)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza klatek o wymiarach zewnętrznych wskazanych w pytaniu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w części nr 15 - Klatka izolacyjna - podał prawidłowe wymiary zewnętrzne?

Odpowiedź:

Zamawiający podał prawidłowe wymiary zewnętrzne klatki w zestawieniu parametrów technicznych obejmujących część nr 15 przedmiotowego postępowania.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w części nr 29 - Stół zabiegowy - dopuści zaoferowanie stołu o wymiarach zewnętrznych: 1400x560x615/1015mm (dł x szer x wys)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów stołu zabiegowego w zakresie wymiarów zewnętrznych.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w części nr 30 - Klatka iniekcyjna - dopuści zaoferowanie klatki o wymiarach zewnętrznych: 600x600x750mm (dł x szer x wys)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza klatki iniekcyjnej o wymiarach zewnętrznych 600x600x750mm (dł x szer x wys).

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w części nr 30 - Klatka iniekcyjna - dopuści zaoferowanie klatki wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza klatkę wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w części nr 30 - Klatka iniekcyjna - dopuści zaoferowanie klatki bez możliwości zablokowania wewnętrznego panelu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza klatki bez możliwości zablokowania wewnętrznego panelu.

Pytanie 10:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem – „możliwość połączenia z klatkami pułapkami”? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Pojęcie „możliwość połączenia z klatkami pułapkami” - oznacza, że klatka iniekcyjna powinna mieć drzwiczki wsuwane od góry, tak aby można było przystawić klatkę bezpośrednio do drzwiczek klatki pułapki o podobnym systemie zamknięcia, aby umożliwić przejście złapanego zwierzęcia bezpośrednio z jednej klatki do drugiej.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający w części nr 33 - Stojak na kroplówki - wymaga blokady kół?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga blokady kół.

Pytanie 12:

Co Zamawiający rozumie w części nr 33 - Stojak na kroplówki - pod pojęciem koszyczek do zawieszania butelek? Proszę o wyjaśnienie. Czy chodzi o:

- a) Stojak na kroplówki wyposażony w górnej części w haczyki z zamontowanym koszykiem na stojaki
- b) Stojak z dwoma uchwytyami na butelki?

Odpowiedź:

Pod pojęciem "koszyczek do zawieszania butelek" należy rozumieć stojak wyposażony w górnej części w haczyki.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej