



Olsztyn, dnia 21.04.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/AB / SK/2010

Nr postępowania: 35/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej do bloku 105 B oraz pawilonu zakazań eksperymentalnych ptaków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2010 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 6:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza obudowę lakierowaną proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza obudowy lakierowanej proszkowo, zamiast obudowy ze stali nierdzewnej.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 780 x 670 x 495 mm (szer. x wys. X głęb.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów niż określone wymiary maksymalne: 710 x 780 x 560 mm (szer. x wys. x gł.)

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza inkubator z wymuszonym obiegiem powietrza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z wymuszonym obiegiem powietrza

.....  
KANCELERKA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....  
Podpis osoby uprawnionej