

Olsztyn, dnia 21.04.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/714 / SK/2010

Nr postępowania: 35/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej do bloku 105 B oraz pawilonu zakazań eksperymentalnych ptaków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2010 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr: 1, 4, 6, 7, 9, 36:

Dotyczy części nr 1 – suszarka laboratoryjna:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 110 lub 120 litrów (różnica ok. 5%)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza suszarki o pojemności innej niż opisana w zestawieniu parametrów technicznych, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, tj. innej niż pojemność 115 l.


Dotyczy części nr 4 – autoklaw 24-litrowy pionowy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o mniejszym zużyciu prądu, wynoszącym 2500 W?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał maksymalny pobór mocy na 2800 W, co oznacza, iż dopuszcza zużycie prądu wynoszące 2500 W.





Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw ze zbiornikiem na wodę zużytą o pojemności 5 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza autoklawu ze zbiornikiem na zużytą wodę o pojemności 5 litrów, podtrzymując zapisy SIWZ, określając wymaganą pojemność na 3,1 litra.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o minimalnym poziomie ciśnienia 300 mbar?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza autoklawu o minimalnym poziomie ciśnienia 300 mbar, gdyż jest to parametr gorszy od wymaganego w odniesieniu do próżni.

Pytanie 4:

Czy dopuszcza się autoklaw o pojemności 23 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na autoklaw o mniejszej pojemności roboczej w stosunku do przedstawionej w parametrach przedmiotu zamówienia, tj. innej niż pojemność 23,15 litra.

Dotyczy części 6 – Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 700x640x810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o wymiarach innych niż opisane w SIWZ, tj. maks. szer. x wys. x głęb. 710 x 780 x 560 mm.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się inkubator o pojemności 120 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inkubator o pojemności komory roboczej $105 \text{ l} \pm 5 \text{ l}$.

Dotyczy części nr 7 – wirówka:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza pokrywę rotora wykonaną z poliwęglanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na pokrywę inną niż aluminiowa.



Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z wyświetlaczem LED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki z wyświetlaczem innym niż ciekłokrystaliczny (LCD).

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o prędkości 14800 rpm oraz przeciążeniu 21 100 x g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki o prędkości innej niż wskazane w zestawieniu parametrów technicznych.

Dotyczy części nr 9 – sterylizator:

Pytanie 1:

Czy dopuszcza się sterylizator bez elektromagnetycznej blokady drzwi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora bez elektromagnetycznej blokady drzwi.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się urządzenie o pojemności 110 lub 120 litrów (różnica ok. 5%)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora o pojemności innej niż określona w zestawieniu parametrów technicznych, tj. 115 litrów.

Dotyczy części nr 36 – wirówka stołowa z chłodzeniem:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach różniących się do 10 % w podanych w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 77cm x 63cm x 35cm (szer x głęb x wys).

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej