



Olsztyn, dnia 21.04.2010 r.

L.dz. 90 – 2302/180 / SK/2010

Nr postępowania: 35/2010/PN/DZP/RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej do bloku 105 B oraz pawilonu zakazań eksperymentalnych ptaków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2010 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6 ust. 1 podpunkt c) na: „za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 i 2 w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy”? Tak wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy w zakresie, o którym mowa w powyższym pytaniu, jednak nie w sposób zaproponowany w pytaniu. Nowe brzmienie § 6 ust. 1 litera c jest następujące:

„za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,4 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy.”



Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt d) na: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego przez Wykonawcę na naprawę"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu projektu umowy w §6 punkt 1 litera d.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 2 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 2 dni do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta do 21 dni roboczych? Określenie tak krótkiego czasu naprawy (2 dni) faworyzuje Wykonawców, którzy posiadają punkty serwisowe w pobliżu siedziby Zamawiającego, a tym samym ogranicza uczciwą konkurencję. Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych. W takim przypadku czasem realnym potrzebnym do naprawy urządzenia jest 7 dni roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przewidzianego na wykonanie naprawy z 2 do 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia bez względu na źródło pochodzenia części zamiennych. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia § 5 ust. 4; nowe brzmienie przywołanego przepisu jest następujące:

„Wykonawca, w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 7 dni, liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia bez względu na źródło pochodzenia części zamiennych.”

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość składania dokumentów wymaganych w punkcie 11.1 i 11.2 SIWZ w języku obcym. Przygotowanie tłumaczeń takiej ilości dokumentów wymaga dużego nakładu czasu, jak również zwiększa koszty przygotowania oferty. Wprowadzenie w/w zmiany znacznie uprości Wykonawcom przygotowanie oferty przetargowej oraz pozwoli na przystąpienie do postępowania w większej ilości pakietów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie dokumentów w języku innym niż język polski, w szczególności dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 i 11.2, tj, folderów, katalogów zawierających opis oraz specyfikację oferowanego asortymentu, a także deklaracje zgodności, certyfikat CE. Zgodnie z Rozdziałem V pkt 14 dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.




Pytanie 5:

Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia w części: 1, 2, 3, 4, 5,6, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 26 od producenta potrzeba około 40dni. Za opóźnienia w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia (wzór umowy 56 punkt 1, podpunkt c). Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 40 dniowy termin dostawy dla części: 1, 2, 3, 4, 5,6, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 26 i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin dostawy w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5,6, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 26 z 30 dni od daty podpisania umowy na 40 dni od daty podpisania umowy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


.....
Podpis osoby uprawnionej