

Olsztyn, dnia 28.04 2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / 827 / AS / 2010

Nr postępowania : 36 / 2010 / PN / DZP / RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Dostawa wyposażenia zaplecza Hali Technologicznej ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „, Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ NR 1.

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 3, 10 oraz projektu umowy :

Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 3 :

- Płynny zmieniacz powiększania w zakresie min. 7,5 X
- 1. Czy Zamawiający dopuszcza zakres 6,6x i/lub 6,3x i/lub 10x ?
- Powiększenie w zakresie min. 6,7 – 50 x
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres 7,5 – 50x lub 8,5 – 50x ?
- Odległość robocza min. 115 mm
- 3. Czy Zamawiający dopuszcza min. 113 mm i/lub 123 mm ?
- Kąt podniesienia nasadki okularowej – 45 stopni
- 4. Czy Zamawiający dopuszcza kat 35 stopni i/lub 20 stopni ?
- Wysokość okularu nad stołem – nie więcej niż 310 mm
- 5. Czy Zamawiający dopuszcza 398 mm ?
- Duża powierzchnia robocza z płytką szklaną o średnicy min. 180 mm
- 6. Czy Zamawiający dopuszcza powierzchnię roboczą 330x260 mm płytką szklaną o średnicy min. 95 mm i/lub 140 mm ?



Odpowiedź :

Ad.1. Zamawiający dopuszcza płynny zmieniacz powiększenia z zakresem 10x .

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zakres 7,5 – 50 x.

Ad. 3. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający określił odległość roboczą na minimum 115 mm w związku z czym dopuszcza się odległość 123 mm .

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza kąt podniesienia nasadki okularowej do 35 stopni .

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie z wysokością okularu nad stołem 398 mm .

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powierzchni roboczej w wymiarach 330 x 260 mm z płytką szklaną o średnicy 140 mm.

Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 3 :

- Chłodzenie o co najmniej 20 stopni Celjusza poniżej temperatury otoczenia .
- 7. Czy Zamawiający dopuszcza 5 – 10 stopni ?
- Prędkość obrazu przekazywanego na żywo co najmniej : 7,2 klatki na sekundę w rozdzielczości 1280 x 960 pikseli, 11.5 klatki na sekundę w rozdzielczości 640 x 480,22 klatki na sekundę w rozdzielczości w trybie pracy częścią przetwornika .
- 8. Czy Zamawiający dopuszcza 6 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości ?
- Zakres czasów ekspozycji : od nie dłużej niż 1/1000 sekundy do co najmniej 600 sekund .
- 9. Czy Zamawiający dopuszcza 1/1250 sek. Do 60 sek. ?
- Zakres czasów przerw dla zdjęć poklatkowych od maksymalnie 5 sekund do co najmniej 12 godzin.
- 10. Czy Zamawiający dopuszcza od 1 sek. Do 86400 godz. ?
- Oprogramowanie do zapisu zdjęć z możliwością rozbudowy o oprogramowanie analityczne oraz uaktualnień wersji .
- 11. Czy Zamawiający dopuszcza pełne oprogramowanie włącznie z analizą obrazu dostarczane w zestawie wraz z kamerą ?

Odpowiedź :


Ad. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery z chłodzeniem o minimum 10°C poniżej temperatury otoczenia .

Ad. 8. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W opinii Zamawiającego określenie „ przy pełnej rozdzielczości ” jest mało precyzyjne i z uwagi na powyższe wymaga prędkości przekazywania obrazu na żywo zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kamery z podanym czasem ekspozycji.

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza proponowane parametry czasów przerw dla zdjęć poklatkowych.

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pełnego oprogramowania włącznie z analizą obrazu dostarczane w zestawie wraz z kamerą .





Pytanie nr 3. Dotyczy części nr 10 :

Jaki jest adres na który ma być dostarczona każda z szaf (kod pocztowy – informacja niezbędna do oszacowania kosztów dostawy).

Odpowiedź :

Całość wyposażenia będąca przedmiotem zamówienia ma być dostarczona i zamontowana w budynku przy ulicy Oczapowskiego 7 (kod pocztowy : 10 – 719 Olsztyn) .

Pytanie nr 4. Dotyczy części nr 10 :

Czy dostawa ma obejmować wniesienia szaf do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ? Jeśli tak proszę określić czy pomieszczenie/pomieszczenia znajdują się na parterze czy na piętrze . Jeśli na piętrze proszę o podanie numeru piętra i informacji czy istnieje możliwość skorzystania z windy towarowej (informacje niezbędne do oszacowania kosztów dostawy) .

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że dostawa ma obejmować wniesienie szaf do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Wyjaśniamy jednocześnie, iż wszystkie pomieszczenia w których będą znajdować się szafy umiejscowione są na poziomie parteru .

Pytanie nr 5. Dotyczy części nr 10 :

Czy dostawa obejmuje podłączenie każdej szafy do systemu wentylacyjnego ? Jeśli tak proszę o podanie odległości pomiędzy miejscem ustawienia każdej szafy a otworem wentylacyjnym .

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że dostawa dostawa obejmuje również podłączenie każdej z szaf do systemu wentylacyjnego, który jest zaprojektowany z myślą o ich podłączeniu. Odległości pomiędzy ustawieniem szaf a otworami wentylacyjnymi wynoszą od ok 2,5 do ok 5 metrów .

Pytanie nr 6. Dotyczy części nr 10 :

Szafa na kwasy i zasady .

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szafy o wymiarach zewnętrznych (HxWxD) 1850 mm x 635mm x 615 mm ?


Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szaf o zaproponowanych wymiarach zewnętrznych .

Pytanie nr 7. Dotyczy części nr 10 :

Szafa na kwasy i zasady .

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szafy o wymiarach zewnętrznych (HxWxD) 1850 mm x 635 x 615 mm ?





Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary zewnętrzne szafy

Pytanie nr 8. Dotyczy części nr 10 :

Szafa na kwasy i zasady .

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szafy z wentylatorem montowanym na szafie ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że nie ograniczy ono powierzchni użytkowej pomieszczenia tzn. nie ulegnie zwiększeniu powierzchnia zajmowana przez szafę (tzn. wentylator nie będzie wystawał poza obrys szafy).

Pytanie nr 9. Dotyczy części nr 10 :

Szafa na substancje łatwopalne .

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szuflad o głębokości min. 80 mm wyłożonych matami absorbującymi i antypoślizgowymi zamiast szuflad z wanienką .

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Zamawiający wymaga wyłożenia szuflad wanienkami. Opisane w specyfikacji rozwiązanie w opinii Zamawiającego ułatwia w istotny sposób postępowanie w przypadku wycieku substancji agresywnych .

Pytanie nr 10. Dotyczy części nr 10 :

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szafy o wymiarach zewnętrznych (HxWxD) 1880 mm x 635 x 615 mm

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary zewnętrzne szafy .

Pytanie nr 11. Dotyczy części nr 10 :

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szafy o wymiarach zewnętrznych (HxWxD) 1975 mm x 1000 mm x 500 mm ?

Odpowiedź :


Zamawiający dopuszcza dostarczenie szafy o proponowanych wymiarach zewnętrznych .

Pytanie nr 12. Dotyczy części nr 10 :

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie szuflad o wysokości 50 mm ?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza szuflad o wysokości 50 mm. Zaproponowana bowiem wysokość w stosunku do oczekiwanej (300 mm) jest rażąco mała i nie zapewni oczekiwanych możliwości magazynowych .





Pytanie nr 13. Dotyczy części nr 10 :

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6 ust. 1 podpunkt c) na: „, za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 i 2 w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy”? Tak wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c projektu umowy do poziomu 0,4 % .

W związku z powyższym § 6 ust. 1 lit. c projektu umowy otrzymuje brzmienie :

„ Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

c) (...) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,4 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy .”

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokona stosownej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 14. Dotyczy części nr 10 :

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt d) na: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego przez Wykonawcę na naprawę”?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych o których mowa w § 6 pkt. 1 lit. d projektu umowy, podtrzymując tym samym dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 15. Dotyczy części nr 10 :

Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni roboczych.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 14 roboczych dni do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta? Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych, a tym samym zwiększy różnorodność ofert przetargowych. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.





Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 14 dni roboczych na 21 dni .

W związku z powyższym § 5 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie :

„ W przypadku wystąpienia usterki, Sprzedawca zapewnia jej usunięcie (wykonanie naprawy) w ciągu 21 dni, liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia ”.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokona stosownej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 16. Dotyczy części nr 9 :

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy chłodniczej o wymiarach : zewnętrznych (cm) : szer.: 143 x głęb. 83 x wys. 215 (z kółkami, bez nóżek : 200), tutaj uwaga, przy transportowaniu urządzenia przez otwór drzwiowy istnieje możliwość przechylenia chłodziarki,

Wewnętrznych (cm) : szer.: 124 x głęb. 65 x wys.: 155

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy chłodniczej o proponowanych wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych .

Pytanie nr 17. Dotyczy części nr 9 :

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chłodziarki z regulacją nóżek w zakresie 150 – 180 mm ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza regulację nóżek chłodziarki w zakresie 150 – 180 mm

Pytanie nr 18. Dotyczy części nr 9 :

Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w części nr 9 do 8 tygodniu o dnia podpisania umowy .

Pytanie nr 19. Dotyczy części nr 6 :

Czy Zamawiający dopuści aby komputer posiadał zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie w komputerze zestawu do elektroforezy systemu operacyjnego Windows XP Professional .

ZASTĘPCA KANCLERZA

.....
Wojciech Samulowski

Podpis osoby uprawnionej