



Olsztyn, dnia 27.06.2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / 189 / AS / 2010

Nr postępowania : 38 / 2010 / PN / DZP / RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę aparatury specjalistycznej - niski parter "w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ NR 1.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 13, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy :

Pytania do projektu umowy

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6 ust. 1 podpunkt c) na: „za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 i 2 w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy”? Tak wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści projektu umowy, zmieniając wysokość kar umownych do 0,4% wartości przedmiotu zamówienia.

*Arzobn Dm*



## Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt d) na: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego przez Wykonawcę na naprawę”?

### Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy, podtrzymując tym samym dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

## Pytanie 3

Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni roboczych.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 14 roboczych dni do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta? Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych, a tym samym zwiększy różnorodność ofert przetargowych. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.

### Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści projektu umowy, wydłużając tym samym możliwość wykonania naprawy w terminie 21 dni liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia.

## Pytania do SIWZ

### Pytanie 4

Po zapoznaniu się z treścią SIWZ zwracamy się z prośbą o uznanie za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat poprzez wykazanie realizacją sprzętów laboratoryjnych i załączenia stosownych referencji. Nasza firma oferuje różne rodzaje sprzętu laboratoryjnego, poczynając od pipet automatycznych czy elektronicznych, poprzez łaźnie olejowe, pompy, wyparki na zestawach do chromatografii kończąc. Klienci, od których uzyskaliśmy referencje są odbiorcami różnych urzędzeń laboratoryjnych, choć nie koniecznie identycznych z ujętymi w zadaniach 12-16.

Prosimy zatem o wyrażenie zgody na odniesienie się w wykazie dostaw ogólnie do sprzętu laboratoryjnego, oczywiście z uwzględnieniem wskazanych przez Zamawiającego wartości zrealizowanych dostaw.





Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu polegającą na wprowadzeniu warunku ogólnego, podtrzymując tym samym dotychczasowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytania do Części 5

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie parametrów polarymetru. W opisie przedmiotu zamówienia – wymaganiach technicznych i jakościowych zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia automatycznego jednocześnie w pozycji 2 podaje: „, kąt skręcenia International Sugar Scale bez kompensacji temperatury „Aparat automatyczny posiada automatyczną kompensację temperatury z możliwością pracy bez automatycznej kompensacji. Pomiar kątu skręcenia odnosi się do temp. 20°C i w przypadku braku tej funkcji przy każdym pomiarze musimy próbę doprowadzić do tej temperatury za pomocą np. Termostatu zewnętrznego.

Odp.

Zamawiający wymaga polarymetru automatycznego, w tym również z automatyczną kompensacją temperatury.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie polarymetru posiadającego duży wyświetlacz monochromatyczny a spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytania do Części 13

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby licznik kolonii dostarczony był wraz z oprogramowaniem oraz komputerem?

Odp.

Zamawiający nie wymaga aby licznik kolonii dostarczony był wraz z oprogramowaniem oraz komputerem.

ZASTĘPCA KANCLERZA

.....  
Wojciech Samulowski.....

Podpis osoby uprawnionej



**ROZWÓJ  
POLSKI WSCHODNIEJ**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

