



3PN/POPW.01.02.00-28-020/09/ 2010

Olsztyn dnia 15 czerwca 2010 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

ul. Oczapowskiego 2

10 – 719 Olsztyn

Do wszystkich uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawców Wyposażenia Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt – „Dostawa i instalacja zestawu urządzeń do oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich i dzikożyjących składającego się z: zestawu do wizualizacji obrazu, kamery termowizyjnej, lasera MID-laser Irradia, kamery termowizyjnej, zestawu do magneterapii; dostawa i instalacja systemu do badań wskaźników biomechanicznych skorupy jaj oraz kośćca u drobiu; dostawa i instalacja analizatora zawartości białka w mleku; dostawa i instalacja mikroskopu fluorescencyjnego z podwójnym okulem i osprzętem” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu: POPW.01.03.00-28-020/09 (*Ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2010/S 92-138035 z dnia 12.05.2010 r.*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści detektor fluorescencyjny z szerokością wiązki 20 nm oferujący czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) ponad 1200:1?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania detektora fluorescencyjnego z szerokością wiązki 20 nm oferującego czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) ponad 1200:1.

2. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie kolumny Phenomex Rezed RHM 300x 7,8 mm jako równoważnej dla kolumny Varin, MetaCarb 67 H 300 x 6,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania kolumny Phenomex Rezed RHM 300 x 7,8 mm jako równoważnej dla kolumny Varin, MetaCarb 67 H 300 x 6,8 mm .

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na **dzień 23 czerwca 2010 r.** Miejsce i godzina pozostają bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany treści w ogłoszeniu pierwotnym.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski
(Podpis osoby upoważnionej)