



Olsztyn, 30.07.2010 r.

Nr sprawy: 4/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

**Dostawa wyposażenia pracowni badań nieniszczących w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” (Etap 2, Zadanie 1, Kontrakt 8-10).**

**PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 28.07.2010 r.:**

Dot. części 13.

Czy Zamawiający dopuści statywy o parametrach:

- wysokość całkowita: 235mm
- zasięg: 140 mm
- siła magnesu 600 N
- wielkość podstawy: 65×50×55 mm

Dot. części 13 i 20

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumiem pod pojęciem protokół kalibracji w części 13 i 20?

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 30.07.2010 r.:**

Dot. części 13.

Zamawiający dopuści statyw o w/w parametrach.

Dot. części 13 i 20

Dla punktu 13 i 20 protokół kalibracji to dokument stwierdzający, że dany czujnik jest sprawny i wskazuje rzeczywiste wartości.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż uległa zmianie Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie, między innymi uległ zmianie termin składania ofert.

ZATWIERDZAM  
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO  
Olsztyn, 30.07.2010 r.

PROREKTOR

*dr hab. Szczerpan Figiel, prof. UWM*