



Olsztyn, dnia 26.05. 2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / 1109 / AS / 2010

Nr postępowania : 41 / 2010 / PN / DZP / RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Dostawa wyposażenia do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ”.

**SPROSTOWANIE**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie informuje, iż w dokumencie pt. „ *Pytania i odpowiedzi nr 3* ” z dnia 21.05.2010 r. w odpowiedzi na pytanie nr 49, wkradł się błąd pisarski przy określeniu wysokości temperatury spalania. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie określił wysokość temperatury na poziomie 180°C, podczas gdy powinna wynosić co najmniej 1800°C .

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....  
Podpis osoby uprawnionej