

Olsztyn, dnia 26.05.2010 r.

Ldz. 90 – 2302 / *11.21* AS / 2010

Nr postępowania : 41 / 2010 / PN / DZP / RPW

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10 – 957 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Dostawa wyposażenia do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej ” w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „ Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ NR 5.

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie części nr 37 :

Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 37:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość rejestracji danych i komunikacji z komputerem PC poprzez złącze USB ?

Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga aby zaoferowane w zakresie części nr 37 urządzenie miało możliwość rejestracji danych i komunikacji z komputerem PC poprzez złącze USB .

Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 37:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez możliwości pomiaru SO₂ i bez możliwości pomiaru NO₂ ?



Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w zakresie części nr 37 urządzenia bez możliwości pomiaru SO₂ i bez możliwości pomiaru NO₂.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

.....
Podpis osoby uprawnionej